



# VESTAKEEP® Dental colors and delivery forms



## VESTAKEEP® for dental applications

color	injection molding and extrusion	turning and milling, CAD/CAM																	
	VESTAKEEP® granules (G)	VESTAKEEP® rods (R)	VESTAKEEP® discs																
natural	VESTAKEEP® D4 G	VESTAKEEP® D4 R	VESTAKEEP® D4 R																
white	VESTAKEEP® DC4420 G	VESTAKEEP® DC4420 R	VESTAKEEP® DC4420 R																
white, X-ray opaque	VESTAKEEP® DC4430 G	VESTAKEEP® DC4430 R	VESTAKEEP® DC4430 R																
tooth-colored	VESTAKEEP® DC4450 G	VESTAKEEP® DC4450 R	VESTAKEEP® DC4450 R																
gingiva-colored	VESTAKEEP® DC4470 G	VESTAKEEP® DC4470 R	VESTAKEEP® DC4470 R																
<b>detailed information on VESTAKEEP® Dental delivery forms</b>	<p>VESTAKEEP® granules are supplied in 25 kg boxes with polyethylene liners</p> <p>2 x 12.5 kg</p>	<p>VESTAKEEP® rods are extruded from VESTAKEEP® granules</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>diameter</th> <th>standard lengths</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 - 20 mm</td> <td>3000 mm</td> </tr> <tr> <td>25 - 60 mm</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>70 - 100 mm</td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table>	diameter	standard lengths	6 - 20 mm	3000 mm	25 - 60 mm	2000 mm	70 - 100 mm	1000 mm	<p>VESTAKEEP® discs are available in different dimensions with or without step</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>diameter</th> <th>thickness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98.4 mm (with step)</td> <td>12 - 30 mm</td> </tr> <tr> <td>99.5 mm (without step)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>84.5 mm (without step)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	diameter	thickness	98.4 mm (with step)	12 - 30 mm	99.5 mm (without step)		84.5 mm (without step)	
diameter	standard lengths																		
6 - 20 mm	3000 mm																		
25 - 60 mm	2000 mm																		
70 - 100 mm	1000 mm																		
diameter	thickness																		
98.4 mm (with step)	12 - 30 mm																		
99.5 mm (without step)																			
84.5 mm (without step)																			

Customized dimensions are available on request.

## X-ray opacity

As most other plastics polyetheretherketones exhibit an X-ray absorption close to human tissue. Therefore the materials lack contrast and are invisible in X-ray examinations. Its barium sulphate content renders white VESTAKEEP® Dental DC4430 X-ray opaque. Unlike metals, the material does not generate X-ray artifacts and it is MRT-compatible.



**Approvazione del Sistema Completo di  
Garanzia di Qualità**  
***Full quality assurance system approval***

Certificato N. **0425 – MED – 003322-00**  
Certificate No.

Secondo l'allegato II, escluso (4) della Direttiva Europea 93/42/CEE (recepita con il Dlg n. 46 del 24.02.97)  
According to Annex II, excluding (4) of EC Directive 93/42/CEE (as transposed into Dlg n. 46 issued on 24.02.97)

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

**ICIM S.p.A. - Identification number: 0425**  
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II ESCLUSO (4) DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE DICHIARA CHE IL SISTEMA COMPLETO DI GARANZIA DELLA QUALITÀ ATTUATO DA:  
ON THE BASIS OF THE ASSESSMENT PERFORMED ACCORDING TO ANNEX II EXCLUDING (4) OF EC DIRECTIVE 93/42/CEE DECLARES THAT THE FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM ENFORCED BY:

**ING. CARLO ALBERTO ISSOGLIO & C. S.R.L.**

**Sede Legale:** Via F.lli di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB)  
**Unità Operativa:** Via S. Isidoro, 21 - 28891 Cesara (VB)

PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI, SERVIZI  
FOR THE FOLLOWING KINDS OF PRODUCTS, PROCESSES, SERVICES

**Dischi in PEEK per protesi odontoiatriche.**  
***PEEK Discs for dental prosthetics.***

È CONFORME AI REQUISITI / IS IN COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS

**Allegato II ESCLUSO (4) della Direttiva Europea 93/42/CEE**  
***Annex II EXCLUDING (4) of EC Directive 93/42/CEE***

Per l'identificazione dei modelli di prodotto vedere l'Allegato / For identification of the model type see Annex

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**25/05/2018**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**25/05/2018**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**24/05/2023**



**Approvazione del Sistema Completo di  
Garanzia di Qualità  
Full quality assurance system approval**

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 – MED – 003322-00**  
Certificate No.

Secondo l'allegato II, escluso (4) della Direttiva Europea 93/42/CEE (recepita con il Dlg n. 46 del 24.02.97)  
According to Annex II, excluding (4) of EC Directive 93/42/CEE (as transposed into Dlg n. 46 issued on 24.02.97)

**IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIE E MODELLI**  
IDENTIFICATION OF THE MODEL/TYPE

**Dischi in PEEK per protesi odontoiatriche cl. IIa**  
*PEEK Discs for dental prosthetics cl. IIa*

Linea : **MICROSYS**

PRODOTTO / PRODUCT	DENOMINAZIONE / NAME
<b>Dischi in PEEK per protesi odontoiatriche</b> <i>PEEK Discs for dental prosthetics</i>	DRES-10xx-α

Legenda: xx = spessore in mm  
α = colore R: rosa  
N: naturale  
W: bianco  
WO: bianco radiopaco  
B: beige

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
**25/05/2018**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
**05/05/2018**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE  
**24/05/2023**