

1. PSA Produktnummer: **MAVIG Schilddrüsen-/Sternumschutz RA614**
 PPE Product number: **MAVIG Thyroid shield model RA614**

2. Name und Anschrift des Herstellers: **MAVIG GmbH**
 Name and Address of Manufacturer: **Stahlgruberring 5
 81829 Munich - Germany**

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
 This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Modellvariante(n): **Farbcodes / Colour codes:**
 Model version(s): **Beispiel:**
 RA614500KL12 – 00 wird durch Farbcode **22, 23, 24, 25, 26, 27** oder **28** ersetzt
Example:
 RA614500KL12 – 00 will be replaced with colour code **22, 23, 24, 25, 26, 27** or **28**

Artikelnummern / Article Codes:

RA614500KL12	RA614500AK11	RA614500MA22	RA614300KL28	RA614300MA12
RA614500KL11	RA614500AK22	RA614500MA21	RA614300AK12	RA614300MA18
RA614500KL22	RA614500AK21	RA614300KL12	RA614300AK18	RA614300MA22
RA614500KL21	RA614500MA12	RA614300KL18	RA614300AK22	RA614300MA28
RA614500AK12	RA614500MA11	RA614300KL22	RA614300AK28	

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung.
 The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, the regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

6. Verwendete einschlägige harmonisierte Normen: **IEC 61331-1:2014**
 Relevant harmonised standards: **IEC 61331-3:2014**

7. Die notifizierte Stelle **ANCCP Certification Agency srl, NB 0302** hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung **PPE-939-16948-Cert** ausgestellt.
 The notified body **ANCCP Certification Agency srl, NB 0302** performed the EU type-examination and issued the EU type-examination certificate **PPE-939-16948-Cert**.

8. Die PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhang I (Kategorie III, Punkt d) und Anhang VIII (Modul D) unter Überwachung der notifizierten Stelle **ANCCP Certification Agency srl, NB 0302**.
 The PPE is subject to the conformity assessment procedure according to Annex I (Category III, point d) and Annex VIII (Module D) under surveillance of the notified body **ANCCP Certification Agency srl, NB 0302**.

9. Datum der Ausstellung: **16.06.2020**
 Date of issue:

Alexia Stoian-Lepère
 Managing Director
 Quality & Regulatory Affairs



MAVIG GmbH
 X-Ray Protection and
 Medical Suspension Systems

Managing Directors:
 Christian Stoian
 Alexia Stoian-Lepère

Address
 Stahlgruberring 5
 81829 Munich
 Germany

PO Box 820362
 81803 Munich
 Germany

Phone
 +49 (0) 89 / 420 96 - 0
 Fax
 +49 (0) 89 / 420 96 - 200

e-Mail info@mavig.com
 Web www.mavig.com

Trade Register
 Munich
 HRB-Nr. 76 403
 VAT-UD No.
 DE 811263845