



171611110139
有效期2023年10月11日
C20201 博市监检字(1644)号
有效期2023年10月11日

河南省纺织产品质量监督检验院

Henan Textile Products Quality Supervision & Test Institute

检验报告

Test Report

共 2 页 第 1 页

Page 1 of 2

FW202000779

| | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| 产品名称 Sample Name | Particulate respirator | 检验类型 Type of Tests | 委托检验 Entrusted Test |
| 规格型号 Size | 1970E | 样品等级/安全类别 Sample Grade/ Safety Category | KN95/— |
| 商标 Trademark | — | 产品款号/货号 Product No. | — |
| 委托单位 Trustor | Maple Leaf Laboratories Ltd. | 样品数量 Sample Quantity | 50 只 50 Pieces |
| 地址 Address | 3800 Wesbrook Mall, Vancouver, BC V6S2L9 | 送样人/电话 Sender/ Tel. | Gordon Zhang/001 778 846 2285 |
| 生产单位 Manufacturer | — | 联系人/电话 Contact/ Tel. | — |
| 地址 Address | — | 封样状态 Sealed Sample State | — |
| 样品描述 Sample Description | 白色 White | 受理日期 Date of Accepting Application | 2020-07-31 |
| 任务来源 Task Source | — | 分包项目 Subcontracting Projects | — |
| 检验依据 Testing Standards | GB 2626-2019 《呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器》 GB 2626-2019 Respiratory protective equipment—Non-powered air-purifying particle respirator | | |
| 检验项目 Test Items | 初始过滤效率、吸气阻力、呼气阻力、可燃性、头带 Initial Filter Efficiency, Inspiratory Resistance, Expiratory Resistance, Flammability, Head Harness | | |
| 检验结论 Conclusion | 样品经检验, 所检项目符合 GB 2626-2019 《呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准要求。 After testing, the test items of the samples are qualified according to the Standard GB 2626-2019 Respiratory protective equipment—Non-powered air-purifying particle respirator. | | |
| 备注 Remarks | 无呼气阀 Without the Exhalation Valve | 贴样 Sample | 检验专用章 7101020012123 |

批准:
Approved by

黎文新

审核:
Checked by

田月

编制
Edited by

张艳改



17161110139 (2020)豫市监检字(040)号
有效期2023年3月6日 有效期至2023年3月16日

河南省纺织产品质量监督检验院

Henan Textile Products Quality Supervision & Test Institute

检验报告

Test Report

共 2 页 第 2 页

Page 2 of 2

FW202000779

| 序号 SR No. | 检验项目 Test Items | | 单位 Unit | 标准要求 Standard Requirements | 实测结果 Results | 单项结论 Single Conclusion | 备注 Remarks |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------------------|--|
| 1 | 初始过滤效率 Initial Filter Efficiency | NaCl 颗粒物 NaCl Particle | % | ≥95.0 | 97.4 | 符合 PASS | 未经预处理 The sample is not pretreated |
| 2 | 吸气阻力 Inspiratory Resistance | | Pa | ≤210 | 70 | 符合 PASS | 未经预处理 The sample is not pretreated 最大值 Maximum |
| 3 | 呼气阻力 Expiratory Resistance | | Pa | ≤210 | 61 | 符合 PASS | 未经预处理 The sample is not pretreated 最大值 Maximum |
| 4 | 可燃性 Flammability | 续燃时间 Afterflame Time | s | ≤5 | 无续燃 The Masks have not been afterflaming. | 符合 PASS | 未经预处理 The sample is not pretreated |
| 5 | 头带 Head Harness | 随弃式 Disposable Facepiece | — | 无滑脱或断裂 The Head Harnesses shall not be slipped or fractured. | 无滑脱、无断裂 The Head Harnesses have not been slipped and fractured. | 符合 PASS | 未经预处理 10N 持续 10s The sample is not pretreated 10N ,keeping 10s |

以下空白

Blank Below