



检测报告

(Test Report)

No. BOYWABJR825957QA

样品名称 (Sample Description)	一次性防护口罩 Disposable Mask
委托单位 (Applicant)	山东禹王制药有限公司 Shandong Yuwang Pharmaceutical Co.,Ltd

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



检测结果

(Test Results)

No. BOYWABJR825957QA

第 1 页, 共 3 页 (page 1 of 3)

样品名称 (Sample Description)	一次性防护口罩 Disposable Mask	样品规格 (Sample Specification)	---
委托单位 (Applicant)	山东禹王制药有限公司 Shandong Yuwang Pharmaceutical Co.,Ltd	商标 (Trade Mark)	---
到样日期 (Received Date)	2020-03-26	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	20200318
检测日期 (Test Date)	2020-03-26~2020-04-03	样品等级 (Sample Grade)	---
样品数量 (Sample Quantity)	60 只 60pcs	检测类别 (Test Type)	委托检测 Commissioning Test
样品状态 (Sample Status)	包装完好 Well packed	检测环境 (Test Environment)	符合要求 To meet the requirements
检测项目 (Test Items)	见下页 See the next page		
检测方法 (Test Methods)	见下页 See the next page		
所用主要仪器 (Main Instruments)	紫外可见分光光度计 UV/VIS spectrophotometer、 气相色谱质谱仪 GC-MS 等 etc.		
检测结论 (Test Conclusion)	该样品经检测, 所检项目符合 GB/T 32610-2016 的要求。 The sample has been tested and the tested items meet the requirements of GB/T 32610-2016.		
备注 (Note)	限值标准 Limit Standard: GB/T 32610-2016		
PONY 专用章 (Special Stamp of PONY)	编制人 (Edited by)		
	审核人 (Checked by)		
	批准人 (Approved by)		
	签发日期 (Issued Date)	2020 年 04 月 03 日	



检测结果 (Test Results)

No. BOYWABJR825957QA

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	检测方法 (Test Methods)
R825957QA 一次性防护口罩 Disposable Mask	4-氨基联苯 4-AMINOBIIPHENYL	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	GB/T 17592-2011
	联苯胺 BENZIDINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	4-氯-邻甲苯胺 4-CHLORO-O-TOLUIDINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	2-萘胺 2-NAPHTHYLAMINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	邻氨基偶氮甲苯 O-AMINOAZOTOLUENE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	5-硝基-邻甲苯胺 5-NITRO-O-TOLUIDINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	对氯苯胺 P-CHLOROANILINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	2,4-二氨基苯甲醚 2,4-DIAMINOANISOLE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	4,4'-二氨基二苯甲烷 4,4'-DIAMINOBIIPHENYLMETHANE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	3,3'-二氯联苯胺 3,3'-DICHLOROBENZIDINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	3,3'-二甲氧基联苯胺 3,3'-DIMETHOXYBENZIDINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	3,3'-二甲基联苯胺 3,3'-DIMETHYLBENZIDINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 3,3'-DIMETHYL-4,4'- DIAMINOBIIPHENYLMETHANE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺 P-CRESIDINE (2-METHOXY-5-METHYLANILINE)	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) 4,4'-METHYLENE-BIS-(2-CHLOROANILI NE)	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	4,4'-二氨基二苯醚 4,4'-OXYDIANILINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	4,4'-二氨基二苯硫醚 4,4'-THIODIANILINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	邻甲苯胺 O-TOLUIDINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	2,4-二氨基甲苯 2,4-TOLUYLENEDIAMINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
	2,4,5-三甲基苯胺 2,4,5-TRIMETHYLANILINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform	
邻氨基苯甲醚 O-ANISIDINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform		
4-氨基偶氮苯 4-AMINOAZOBENZENE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform		
2, 4-二甲基苯胺 2,4-DIMETHYLANILINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform		
2, 6-二甲基苯胺 2,6-DIMETHYLANILINE	禁用 Banned	未检出 Not detected (<5)	符合 Conform		



检测结果 (Test Results)

No. BOYWABJR825957QA

第 3 页, 共 3 页 (page 3 of 3)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	检测方法 (Test Methods)	
R825957QA 一次性防护口罩 Disposable Mask	外观 Appearance	口罩表面不应有破损、油污斑渍、变形及其他明显的缺陷。 The surface of the mask should not contain damage, oil stains, deformation and other obvious defects.	符合要求 Meet requirement	符合 Conform	GB/T 32610-2016	
	甲醛含量 Formaldehyde, mg/kg	≤20	未检出 Not detected (<20)	符合 Conform	GB/T 2912.1-2009	
	pH	4.0-8.5	6.7	符合 Conform	GB/T 7573-2009	
	细菌菌落总数, cfu/g Total number of bacteria community	≤200	<20	符合 Conform	GB 15979-2002	
	大肠菌群 Coliform bacteria	不得检出 Negative	未检出 Not detected	符合 Conform		
	致病性化脓菌 Pathogenic pyogenic bacteria	绿脓杆菌 Pseudomonas aeruginosa	不得检出 Negative	未检出 Not detected		符合 Conform
		金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus	不得检出 Negative	未检出 Not detected		符合 Conform
		溶血性链球菌 Hemolytic streptococcus	不得检出 Negative	未检出 Not detected		符合 Conform
真菌菌落总数, cfu/g Total number of fungal colonies	≤100	<20	符合 Conform			

样品编号和照片 (Sample Number and Photo):



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——以下空白——

(End of Report)