



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 EE. UU.
Tel: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
Email: volk@volk.com

Representante de la UE:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Alemania
E-mail: info@riester.de
Teléfono: +49 74 77/92 70-0
Fax: +49 74 77/92 70-70



Lentes de un solo uso para vitrectomía de imagen directa Volk®1

- ESTÉRILES. ESTERILIZADAS CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO.
- UN SOLO USO
- NO UTILIZAR EN CASO DE QUE EL ENVOLTORIO ESTÉ ABIERTO O DAÑADO.
- LA LEY FEDERAL (EE. UU.) RESTRINGE LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A MÉDICOS O POR PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.

ESPAÑOL: INSTRUCCIONES DE USO

INDICACIONES DE USO

Las lentes para vitrectomía de un solo uso Volk®1 están indicadas para utilizarlas como lentes de contacto de diagnóstico para exámenes de fondos del ojo, y para usar en el tratamiento de anomalías intraoculares. Se trata de sistemas de lentes desechables, de un solo uso y estériles.

ESPECIFICACIONES

Producto	Código del producto	Aumentos	Campo de visión
Lente para vitrectomía plana de imagen directa, desechable Volk®1 de un solo uso	VFD	1.00x	36°
Lente para vitrectomía de 1.5x aumentos, de imagen directa, desechable Volk®1 de un solo uso	VMD	1.50x	30°
Lente para vitrectomía de campo amplio, de imagen directa, desechable Volk®1 de un solo uso	VWFD	0.50x	48°
Lente para vitrectomía de prisma de 30°, de imagen directa, desechable Volk®1 de un solo uso	V30PD	0.80x	25°
Lente para vitrectomía biconcava de imagen directa, desechable Volk®1 de un solo uso	VBCD	1.00x	33° (compensación a 30°)
Lente para SSV plana de imagen directa, desechable Volk®1 de un solo uso	VFLATSSVD	0.92x	30°



ADVERTENCIAS

1. No sumerja el dispositivo en un producto descontaminante antes de utilizarlo.
2. Inspeccione las superficies de contacto para asegurar que no presentan daños (p.ej. rasguños, marcas, etc.) No utilice o repare el producto si está dañado.



PRECAUCIONES.

1. No intente utilizar la lente para vitrectomía de un solo uso Volk®1 antes de leer íntegramente y entender estas instrucciones de uso.
2. Debe ser utilizada por un médico autorizado, siguiendo un método similar al utilizado con otras lentes oftálmicas para vitrectomía de imagen directa.
3. Deben inspeccionarse bien el envoltorio estéril y la lente antes del uso.
4. La lente para vitrectomía de un solo uso Volk®1 se ha diseñado para ser utilizada por un solo paciente.
5. No debe volver a esterilizarse y utilizarse.
6. Este producto se ha envuelto y esterilizado para ser utilizado una única vez. No debe reutilizarse, reprocesarse o reesterilizarse. Volver a utilizar, procesar o esterilizar la lente podría generar un riesgo de contaminación o causar infecciones en los pacientes o infecciones cruzadas incluyendo, entre otras, transmisiones de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo podría producir lesiones, enfermedades o la muerte en el paciente.

FECHA DE CADUCIDAD

El producto debe utilizarse antes de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

SUGERENCIA DE INSTRUCCIONES DE USO

1. Saque la lente del paquete y póngala en una zona de trabajo estéril.
2. Todos los diseños de la lente requieren del uso de metilcelulosa o una solución viscosa similar en la superficie de contacto cóncava (es decir, entre la córnea y la lente).
3. Las lentes para vitrectomía de un solo uso Volk®1 son lentes quirúrgicas que ayudan a mejorar la precisión y nitidez de las imágenes de la retina posterior y periférica y del cuerpo vítreo en intervenciones quirúrgicas. La lente se coloca en la córnea y ayuda a incrementar el aumento.

STERILEEO

Esterilizado con óxido de etileno.



No reutilizar



Consulte las instrucciones de uso para ver información importante de precaución



No utilizar si el envase está dañado o abierto



Fecha de caducidad

LOT

Lote

REF

Referencia



Fabricante

EC REP

Representante autorizado en la Comunidad Europea