



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0668

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report



TTTS-FH22000733



第1页 共3页
Page 1 of 3

客户提供信息及要求 Information Provided by Client	委托单位/地址 Applicant	温州康盾医疗科技有限公司 Wenzhou Kangdun Medical Technology Co.,Ltd 浙江省温州市龙港市新城高科路87-159号 (浙江东达实业有限公司厂房内9#车间) No.87-159, Xincheng Gaoke Road, Longgang City, Wenzhou, Zhejiang, China (No.9 Workshop In Zhejiang Dongda Industrial Co., Ltd.)			送样人: Contact /
	生产单位/地址 Manufacturer	温州康盾医疗科技有限公司 Wenzhou Kangdun Medical Technology Co.,Ltd 浙江省温州市龙港市新城高科路87-159号 (浙江东达实业有限公司厂房内9#车间) No.87-159, Xincheng Gaoke Road, Longgang City, Wenzhou, Zhejiang, China (No.9 Workshop In Zhejiang Dongda Industrial Co., Ltd.)			
	样品信息 Information of Submitted Sample	样品名称: Sample Name	鱼型KN95防护口罩 (非医用) Fish KN95 Protective Mask (Non-Medical)	商标: Trademark	/
		样品总数: Sample Count	50个 50Piece(s)	号型规格: Size or Specification	KD-16
		质量等级: Quality Grade	/	安全类别: Safety Category	/
		产品款号或货号: Style No. or Order No.	/		
	判定标准: Test Standards	GB 2626-2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 Respiratory protection-Non-powered air-purifying particle respirator			
样品描述 Test Part Description	1# 白色口罩 White Mask 2# 灰色口罩 Grey Mask 3# 黑色口罩 Black Mask				
检验性质 Test Type	委托检验 Commission Test	样品接收日期 Date of Submission	2022-04-01	报告发布日期 Date of Issue	2022-04-06
检验日期 Test Date	2022-04-02		到 To	2022-04-02	
执行标准 Test Standards	见附页 See next page(s)				
检验结论 Conclusion	检验结果及符合性见附页。 Test results and compliance refer to next page(s). 检验单位盖章 Stamp of Inspection Unit				检测专用章 (e)
备注 Remarks	企业要求所检项目不做预处理, 并按GB 2626-2019判定。 As per client's request, the test items are not pretreated and judged according to the standard GB 2626-2019.				

批准:
Approver

方倩

审核:
Checker

张洁

编制:
Editor

刘双焜



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report

第2页 共3页

Page 2 of 3

TTTS-FH22000733

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusions	执行标准/备注 Test Method/ Remarks
1# 白色口罩 White Mask						
呼吸阻力 Respiratory Resistance	呼气阻力 Expiratory Resistance	Pa	≤210	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 68 2: 71	符合 Pass	GB 2626-2019
	吸气阻力 Inspiratory Resistance	Pa	≤210	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 70 2: 74		
过滤效率 Filtration Efficiency (KN95)	氯化钠颗粒物 NaCl Particle	%	≥95.0	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 99.52 2: 99.45 3: 99.41 4: 99.53 5: 99.57 6: 99.49 7: 99.35 8: 99.55 9: 99.50 10: 99.62 11: 99.48 12: 99.58 13: 99.54 14: 99.46 15: 99.51	符合 Pass	GB 2626-2019
2# 灰色口罩 Grey Mask						
可燃性 Flammability	续燃时间 Afterflame Time	s	≤5	未预处理 Without Pretreatment: 0	符合 Pass	GB 2626-2019
3# 黑色口罩 Black Mask						
可燃性 Flammability	续燃时间 Afterflame Time	s	≤5	未预处理 Without Pretreatment: 0	符合 Pass	GB 2626-2019





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)
National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)
国家针织产品质量质量监督检验中心
National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report

TTTS-FH22000733

第3页 共3页
Page 3 of 3

样品 Sample

