MEMP QPCR ASSAY

SWABBING KIT FLOWCHART

Materiales requeridos

KIT PARA HISOPADO



Hisopo estéril



Frasco con Buffer Neutralizante y de Recuperación (NRB)



Tubo de Recolección con Solución Express

Hisopado de Superficie

Hidrate el hisopo con NRB



Hisope un área de 1” x 1”

(cerámica, plástico, goma, concreto armado o acero inoxidable)

Suspenda en la solución Express



Suspenda en la solución Express

Quiebre el hisopo dentro del tubo



OPCIONAL

Sino se procede con el análisis dentro de 2 – 3 horas, almacene en refrigeración hasta por 30 horas