



WAARSCHUWINGEN

- WAS ALTIJD JE HANDEN VOORDAT JE DE GESTERILISEERDE ARTIKELEN AANRAAKT.
- DOE ALTIJD 200 ML WATER IN DE BODEM VAN DE MAGNETRON-STERILISATOR, TEVEEL OF TE WEINIG KAN SCHADE AANRICHTEN AAN DE STERILISATOR EN/OF AAN DE PRODUCTEN DIE JE WILT STERILISEREN.
- VUL HET WATERRESERVOIR IN HET MIDDENHANDVAT MET WATER WANNEER JE DE DIFRAX BTOB MELKSLANG WILT STERILISEREN. VUL OOK DE 200 ML WATER IN DE BODEM VAN DE MAGNETRON-STERILISATOR.
- DOE NOOIT MEER DAN DE AANBEVOLEN ARTIKELEN IN DE STERILISATOR.
- GEBRUIK GEEN CHEMISCHE STERILISATIETABLETTEN/-OPLOSSINGEN IN DE STERILISATOR OF IN DE PRODUCTEN DIE JE GAAT STERILISEREN.
- STERILISEER NOOIT METALEN OF ELEKTRONISCHE ONDERDELEN IN DE STERILISATOR.
- VOLG DE JUISTE INSTRUCTIES VOOR HET MAGNETRONGEBRUIK. OVERSCHRIJD DE AANGEGEVEN TIJDEN NIET!
- WANNEER JE EEN COMBI MAGNETRON GEBRUIKT, ZORG ERVOOR DAT HET OVEN/GRILL GEDEELTE UIT EN AFGEKOELD IS.
- LAAT DE STERILISATOR ALTIJD EERST MINSTENS VIJFTIEN MINUTEN AFKOELEN NADAT JE DEZE UIT DE MAGNETRON HAALT.
- HOUD DE STERILISATOR ALTIJD HORIZONTAAL WANNEER JE DEZE UIT DE MAGNETRON HAALT, DIT OM HET MORSEN EN KNOEIE VAN HEET WATER TE VOORKOMEN.
- PAS OP WANNEER JE DE STERILISATOR UIT DE MAGNETRON HAALT, DEZE KAN NOG STEEDS HEET ZIJN.
- HOUD DE STERILISATOR ALTIJD UIT DE BUURT VAN KINDEREN.
- PLAATS GEEN FLESSENBORSTEL IN DE STERILISATOR.
- PLAATS ENKEL ARTIKELEN IN DE MAGNETRONSTERILISATOR DIE DAARVOOR GESCHIKT ZIJN. RAADPLEEG HIERVOOR DE GEBRUIKS-AANWIJZING VAN DE ARTIKELEN.
- DIFRAX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE ONTSTAAT DOOR ONZORGVULDIG EN/OF VERKEERD GEBRUIK.
- DIT IS GEEN SPEELGOED VOOR KINDEREN.

Gefeliciteerd met je Difrax Magnetronsterilisator

Je wilt het beste voor je kind, daar is hygiëne een belangrijk onderdeel van. Met de Difrax Magnetronsterilisator worden schadelijke bacteriën binnen enkele minuten gedood. De sterilisator is geschikt voor vier babyflessen en accessoires. De speciale eigenschappen, zoals handgrepen die niet heet worden en een uitneembaar binnenrek waar de onderdelen stevig rechtop in staan, zorgen voor een veilig gebruik. Het binnenrek kan ook gebruikt worden als afdruipek waardoor de flessen naderhand niet afgedroogd hoeven te worden. Ook geschikt voor onderdelen van de Difrax BtoB kolf. Inclusief speciale aansluiting om de melkslang van de BtoB kolf mee te steriliseren.

Gebruik

- Was alle producten af in een mild sopje en spoel ze af met schoon kraanwater voordat je deze steriliseert.
- Voordat je de producten in de sterilisator plaatst is het belangrijk dat alle melkresten verwijderd zijn en de sterilisator schoon en droog is.
- Verwijder het binnenrek ② en **vul de bodem van de sterilisator met 200 ml water** tot aan het aangegeven maximale waterniveau. Gebruik voor het afmeten een maatbeker. Gebruik hiervoor **niet** het waterreservoir in het middenhandvat.



- Indien je een melkslang van de Difrax BtoB kolf wilt steriliseren, keer dan het binnenrek om, hou je vinger op het gaatje boven het midden handvat en vul deze van onder met water. Sluit weer af met het draaidopje.
- Plaats het binnenrek ② in de bodem ③.
- Vul de sterilisator met fles-, kolf of andere te steriliseren onderdelen volgens het vulschema verderop in deze gebruiksaanwijzing.
- Plaats het deksel en zorg ervoor dat deze goed sluit op het aansluitpunt in de bodem.



- Plaats de Magnetronsterilisator altijd vrij in het midden van de magnetron en zet deze aan.

Magnetron vermogen (Watt): 500 WATT: 7 minuten, 700 WATT: 6 minuten, 800 WATT: 5 minuten, 1000 WATT +: niet geschikt

- Haal de sterilisator uit de magnetron door deze vast te pakken bij de handvatten aan de zijkant van de sterilisator. Plaats de sterilisator op een egale ondergrond met een hittebestendig oppervlak.

Let op! De sterilisator kan heet zijn!

- Kijk of de sterilisator genoeg is afgekoeld. Verwijder het deksel ① door middel van de knop aan de bovenkant van het deksel. Houd het deksel iets van je af om te voorkomen dat je geraakt wordt door eventuele hete stoom.

Let op! Er kan eventueel ook stoom uit de ontluuchtingsopening van de deksel komen.

- Zorg ervoor dat je handen schoon zijn voordat je de onderdelen uit de sterilisator haalt.

- Spoel de producten niet af nadat je deze uit de sterilisator hebt gehaald. Dan zijn ze namelijk niet meer steriel.

LET OP! Laat de Magnetronsterilisator afkoelen nadat je deze uit de magnetron haalt en voordat je de producten eruit haalt.

Het vulschema: Het vullen van de Difrax Magnetronsterilisator met Difrax S-flessen

- 1.) Plaats de flessenspeen **G** op plek **C**.
- 2.) Plaats de flessenring **H** over de flessenspeen **G** op plek **C**.
- 3.) Plaats de flessenbody **I** rechtop op plek **B**.
- 4.) Plaats de flessenbodem **K** op zijn kant op plek **D**.
- 5.) Klem de afsluitdop **F** op plek **E**.
- 6.) Leg de ventielen **J** los tussen de producten.



Het vulschema: Het vullen van de Difrax Magnetronsterilisator met Difrax BtoB kolf onderdelen

- 1.) Haal de kolf uit elkaar volgens de gebruiksaanwijzing van de Difrax BtoB kolf.

- 2.) Verwijder het binnenrek ② en **vul de bodem van de sterilisator met 200 ml water**. Gebruik voor het afmeten een maatbeker.



- 3.) Houd het binnenrek ② **ondersteboven**, draai de **afsluitdop** van het waterreservoir **open**.



- 4.) Houd je vinger op de kleine opening van het middenhandvat ① en **vul het waterreservoir met water** tot aan de rand.




- 5.) **Sluit het waterreservoir** af door de afsluitdop er op te draaien en plaats het binnenrek ② terug in de sterilisator.



- 6.) **Plaats de melkslang** ① in de opening aan de bovenkant van het **middenhandvat** ①.



- 7.) Verdeel de rest van de slang over het binnenrek ②.



- 8.) Plaats de buitenschelp (M) met de bolle kant naar boven in het binnenrek.
- 9.) Plaats de binnenschelp (N) met de bolle kant naar boven in het binnenrek.
- 10.) Haal de splitter (O) geheel uit elkaar.
- 11.) Plaats de onderdelen van de splitter in het rek met de opening naar beneden.



LET OP!

De volgende onderdelen van de Difrax BtoB kolf mogen **niet** in een Magnetronsterilisator aangezien dit onherstelbare schade aanricht: pomp (P), luchtslang (Q), adapter (R).

Schoonmaken van de Difrax Magnetronsterilisator

- Giet altijd het restwater uit de sterilisator en spoel deze om, dit om kalkaanslag te voorkomen.
- Droog de sterilisator altijd goed af voordat je hem weg zet.
- De Magnetronsterilisator is vaatwasserbestendig.
- Na gebruik de afsluitdop van het waterreservoir van het middenhandvat (A) loshalen, omspoelen, afdrogen en terugplaatsen.

Het binnenrek kan ook gebruikt worden als afdruiprek.

AVERTISSEMENTS



- LAVEZ TOUJOURS VOS MAINS AVANT DE TOUCHER DES ARTICLES STÉRILISÉS.
- VERSEZ TOUJOURS 200 ML D'EAU DANS LE FOND DU STÉRILISATEUR, TROP OU TROP PEU D'EAU PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES SUR LE STÉRILISATEUR ET/OU SUR LES PRODUITS QUE VOUS VOULEZ STÉRILISER.
- REMPLISSEZ LE RÉSERVOIR D'EAU DANS LA POIGNÉE CENTRALE AVEC DE L'EAU LORSQUE VOUS VOULEZ STÉRILISER LE FLEXIBLE POUR LE LAIT DU TIRE-LAIT BTOB DIFRAX. REMPLISSEZ AUSSI LES 200 ML D'EAU DANS LE FOND DU STÉRILISATEUR POUR FOUR À MICRO-ONDES.
- NE PLACEZ JAMAIS PLUS QUE LES ARTICLES RECOMMANDÉS DANS LE STÉRILISATEUR.
- N'UTILISEZ AUCUN COMPRIMÉ/ AUCUNE SOLUTION CHIMIQUE DE STÉRILISATION DANS LE STÉRILISATEUR OU DANS LES PRODUITS QUE VOUS ALLEZ STÉRILISER.
- NE STÉRILISEZ JAMAIS D'ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES OU ÉLECTRONIQUES DANS LE STÉRILISATEUR.
- SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU FOUR À MICRO-ONDES. NE DÉPASSEZ PAS LES TEMPS INDIQUÉS !
- SI VOUS UTILISEZ UN FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ, ASSUREZ-VOUS QUE LA PARTIE FOUR/GRILL EST ÉTEINTE ET FROIDE.
- LAISSEZ TOUJOURS LE STÉRILISATEUR REFROIDIR AU MOINS QUINZE MINUTES APRÈS L'AVOIR SORTI DU FOUR À MICRO-ONDES.
- MAINTENEZ TOUJOURS LE STÉRILISATEUR BIEN HORIZONTAL LORSQUE VOUS LE SORTEZ DU FOUR À MICRO-ONDES, CECI AFIN D'ÉVITER QUE DE L'EAU CHAUDE NE DÉBORDE OU NE SE RENVERSE.
- ATTENTION LORSQUE VOUS SORTEZ LE STÉRILISATEUR DU FOUR À MICRO-ONDES, CELUI-CI PEUT ENCORE ÊTRE CHAUD.
- MAINTENEZ TOUJOURS LE STÉRILISATEUR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE PLACEZ PAS DE BROSSÉ À BIBERON DANS LE STÉRILISATEUR.
- NE PLACEZ QUE LES ARTICLES QUI CONVIENNENT DANS LE STÉRILISATEUR POUR FOUR À MICRO-ONDES. CONSULTEZ POUR CELA LE MODE D'EMPLOI DES ARTICLES.
- DIFRAX N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES QUI POURRAIENT SURVENIR EN CAS D'IMPRUDENCE ET/OU DE MAUVAISE UTILISATION.
- IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET POUR DES ENFANTS.

Le Stérilisateur pour four à micro-ondes Difrax se compose des éléments suivants :

- ① **Couvercle** le bouton n'est pas chaud
- ② **Support intérieur** pour biberons et accessoires
 - Ⓐ Poignée centrale avec réservoir d'eau, point de fixation du flexible pour le lait du tire-lait BtoB Difrax.
 - Ⓑ Place pour le corps du biberon (4x)
 - Ⓒ Place pour la tétine et l'anneau du biberon (4x)
 - Ⓓ Place pour le dessous du biberon (4x)
 - Ⓔ Place pour le bouchon du biberon (4x)
- ③ **Fond** du Stérilisateur avec poignées (ne chauffent pas)

Voir la dernière page

Biberon-S

- Ⓕ Bouchon
- Ⓖ Tétine
- Ⓗ Anneau du biberon
- Ⓘ Corps du biberon
- ⓵ Opercule
- Ⓚ Fond du biberon

Tire-lait BtoB Difrax

- Ⓛ Flexible pour le lait
- Ⓜ Coquille extérieure
- Ⓝ Coquille intérieure
- Ⓞ Séparateur par éléments



Attention !

Les éléments suivants du tire-lait BtoB Difrax ne peuvent **pas** aller dans le Stérilisateur pour four à micro-ondes :

- Ⓟ Pompe
- Ⓠ Flexible pour l'air
- Ⓡ Adaptateur

Stérilisateur pour four à micro-ondes Difrax


Vous voulez ce qui se fait de mieux pour votre enfant : en voici un élément important pour son hygiène. Grâce au Stérilisateur pour four à micro-ondes Difrax, vous tuez les bactéries nuisibles en quelques minutes. Ce Stérilisateur convient pour quatre biberons et accessoires. Ses caractéristiques spéciales, comme des poignées qui ne chauffent pas et un support intérieur amovible qui maintient les éléments bien droits, en garantissent une utilisation sûre. Le support intérieur peut aussi être utilisé comme égouttoir de sorte que les biberons ne doivent pas être séchés par la suite. Convient aussi pour les éléments du tire-lait BtoB Difrax. Raccordement spécial inclus pour stériliser le flexible pour le lait du tire-lait BtoB.

Utilisation

- Lavez tous les produits dans une eau savonneuse douce et rincez-les à l'eau courante avant de les stériliser.
- Avant de placer les produits dans le Stérilisateur, il est important que tous les résidus de lait aient été enlevés et que le Stérilisateur soit propre et sec.
- Ôtez le support intérieur ② et **remplissez le fond du Stérilisateur avec 200 ml d'eau** jusqu'au niveau d'eau maximal indiqué. Pour effectuer cette mesure, utilisez une tasse à mesurer.
N'utilisez pas à cette fin le réservoir d'eau dans la poignée centrale.



- Si vous voulez stériliser un flexible pour le lait du tire-lait BtoB Difrax, retournez alors le support, maintenez votre doigt sur la petite ouverture au-dessus de la poignée centrale et remplissez-le d'eau par le bas. Refermez avec le bouchon à visser.
- Placez le support intérieur ② dans le fond ③.
- Remplissez le Stérilisateur avec les éléments des biberons, du tire-lait ou des autres produits à stériliser suivant le schéma de remplissage figurant plus loin dans le présent mode d'emploi.
- Placez le couvercle sur le fond en veillant à ce qu'il soit bien en place au niveau du point de raccord sur le fond.
- Placez toujours le Stérilisateur bien dégagé au milieu du four à micro-ondes et allumez celui-ci en fonction.



Puissance du four à micro-ondes (Watts) : 500 WATT: 7 min, 700 WATT: 6 min, 800 WATT: 5 min, 1000 WATT +: jamais

- Sortez le Stérilisateur du four à micro-ondes en le saisissant par les poignées de part et d'autre du Stérilisateur. Placez le Stérilisateur sur une surface plane résistant à la chaleur.

Attention ! Le Stérilisateur peut être chaud !

- Contrôlez de chaleur pour voir si le Stérilisateur a suffisamment refroidi. Ôtez le couvercle ① à l'aide du bouton sur le dessus du couvercle. Maintenez le couvercle à une certaine distance de vous pour éviter que la vapeur chaude ne puisse vous atteindre.

Attention ! De la vapeur peut aussi éventuellement s'échapper de l'ouverture de purge du couvercle.

- Assurez-vous que vos mains sont propres avant de sortir les différents éléments du Stérilisateur.
- Ne rincez pas les produits après les avoir sortis du Stérilisateur. Car dans ce cas en effet, ils ne seraient plus stériles.

ATTENTION ! Avant d'en sortir les produits, laissez refroidir le Stérilisateur après l'avoir retiré du four à micro-ondes. Dès que le témoin rouge sur le couvercle du Stérilisateur a changé de couleur, le Stérilisateur est suffisamment refroidi pour le toucher.

Schéma de remplissage : Remplissage du Stérilisateur pour four à micro-ondes Difrax avec des biberons S Difrax


- 1.) Placez la tétine (G) à l'endroit (C).
- 2.) Placez l'anneau du biberon (H) sur la tétine (G) à l'endroit (C).
- 3.) Placez le corps du biberon (I) bien droit à l'endroit (B).
- 4.) Placez le dessous du biberon (K) sur le côté à l'endroit (D).
- 5.) Pincez le bouchon (F) à l'endroit (E).
- 6.) Placez les opercules (J) librement entre les produits.



Schéma de remplissage : Remplissage du Stérilisateur pour four à micro-ondes Difrax avec des éléments du tire-lait BtoB Difrax

- 1.) Démontez entièrement le tire-lait suivant le mode d'emploi du tire-lait BtoB Difrax.

- 2.) Ôtez le support intérieur ② et **remplissez le fond du Stérilisateur avec 200 ml d'eau**. Pour effectuer cette mesure, utilisez une tasse à mesurer.
- 3.) Tenez le support intérieur ② à l'envers, ouvrez le bouchon du réservoir d'eau.
- 4.) Maintenez le doigt sur la petite ouverture de la poignée centrale ① et **remplissez le réservoir d'eau** en le tenant sous le robinet jusqu'au bord.
- 5.) **Fermez le réservoir** d'eau en y revissant le bouchon et remplacez le support intérieur ② dans le Stérilisateur.
- 6.) **Placez le flexible pour le lait** ④ dans l'ouverture de la face supérieure de la poignée centrale ①.
- 7.) Répartissez le reste du conduit sur le support intérieur ②.



- 8.) Placez la coquille extérieure (M) avec la face arrondie vers le haut sur le support intérieur.
- 9.) Placez la coquille intérieure (N) avec la face arrondie vers le haut sur le support intérieur.
- 10.) Démontez entièrement le séparateur (O).
- 11.) Placez les éléments du séparateur sur le support avec l'ouverture vers le bas.



ATTENTION !

Les éléments suivants du tire-lait BtoB Difrax ne peuvent **pas** aller dans un Stérilisateur pour four à micro-ondes étant donné qu'il en résulterait des dommages irréparables : pompe (P), flexible pour l'air (Q), adaptateur (R).

Nettoyage du Stérilisateur pour four à micro-ondes Difrax

- Déversez toujours l'eau qui reste hors du Stérilisateur et rincez celui-ci pour éviter les dépôts de calcaire.
- Essuyez toujours bien le Stérilisateur avant de le ranger.
- Le Stérilisateur pour four à micro-ondes résiste au lave-vaisselle.
- Après utilisation, dévissez le bouchon du réservoir d'eau de la poignée centrale (A), rincez-le, séchez-le et remettez-le en place.

Le support intérieur peut également être utilisé comme égouttoir.

The Difrax Microwave Steriliser unit consists of the following parts:

- ① **Lid** button does not get hot
- ② **Inner rack** for bottles and accessories
 - Ⓐ Centre handle with water container, milk tube connection to the Difrax BtoB pump.
 - Ⓑ Place for the bottle bodies (4x)
 - Ⓒ Place for the bottle teats and rings (4x)
 - Ⓓ Place for the bottle bases (4x)
 - Ⓔ Place for the bottle tops (4x)
- ③ **Base** of steriliser with grips (do not get hot)

See last page

S•bottle

- Ⓕ Cap
- Ⓖ Bottle teat
- Ⓗ Bottle ring
- Ⓙ Bottle body
- Ⓜ Valve
- Ⓚ Bottle base

Difrax BtoBpump

- Ⓛ Milk tube
- Ⓜ Outer shell
- Ⓝ Inner shell
- Ⓞ Splitter in parts



Important!

The following parts of the Difrax BtoB pump may **not** be put in the Microwave Steriliser:

- Ⓟ Pump
- Ⓠ Air tube
- Ⓡ Adaptor



WARNING

- ALWAYS WASH YOUR HANDS BEFORE TOUCHING STERILISED ITEMS.
- ALWAYS FILL THE BOTTOM OF THE MICROWAVE STERILISER WITH 200 ML OF WATER, AS TOO MUCH OR TOO LITTLE CAN DAMAGE THE STERILISER AND/OR ITEMS THAT YOU WISH TO STERILISE.
- FILL THE WATER CONTAINER IN THE CENTRE HANDLE WITH WATER WHEN STERILISING THE DIFRAX BREAST PUMP MILK HOSE.
ALSO FILL THE BOTTOM OF THE MICROWAVE STERILISER WITH 200 ML OF WATER.
- NEVER PLACE MORE THAN THE RECOMMENDED NUMBER OF ITEMS IN THE STERILISER.
- DO NOT USE ANY CHEMICAL STERILISING TABLETS OR SOLUTIONS IN THE STERILISER OR ON THE ITEMS THAT YOU ARE PLANNING TO STERILISE.
- NEVER STERILISE METALS OR ELECTRONIC PARTS IN THE STERILISER.
- FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR MICROWAVE USE. DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED TIMES!
- IF YOU USE A COMBI-MICROWAVE, ENSURE THAT THE OVEN/ GRILL PARTS ARE OFF AND ARE COOL.
- ALWAYS ALLOW THE STERILISER TO COOL DOWN FOR AT LEAST FIFTEEN MINUTES BEFORE REMOVING FROM THE MICROWAVE.
- ALWAYS HOLD THE STERILISER HORIZONTAL WHEN YOU REMOVE IT FROM THE MICROWAVE TO AVOID SPILLING HOT WATER.
- TAKE CARE WHEN REMOVING THE STERILISER FROM THE MICROWAVE AS IT MAY STILL BE HOT.
- ALWAYS KEEP THE STERILISER OUT OF REACH OF CHILDREN.
- DO NOT PUT BOTTLE-BRUSHES IN THE STERILISER.
- ONLY PLACE ITEMS IN THE MICROWAVE STERILISER THAT ARE MICROWAVE SUITABLE. REFER TO THE ITEM'S INSTRUCTIONS FOR ADVICE.
- DIFRAX IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGE RESULTING FROM CARELESS OR INCORRECT USE.
- THIS IS NOT A CHILDREN'S TOY.

Difrax Microwave Steriliser

You want the best for your child and hygiene is an important part of this. The Difrax Microwave Steriliser kills dangerous bacteria in minutes.

The steriliser can hold four baby bottles and accessories.

Special design features include heat-resistant handles and a removable inner rack in which the parts remain upright.

The rack inside can also be used as a drying rack, so that the bottles do not need to be dried afterwards. Also suitable for the Difrax BtoB breast pump parts. Includes special connection for sterilising the milk hose.

Use

- Wash all products using a mild detergent and rinse them well with tap water before sterilising them.
- It is essential to remove all traces of milk before placing the products in the steriliser and to make sure the steriliser is clean and dry.
- Remove the inner rack ② and **fill the bottom of the steriliser with 200 ml water** up to the maximum level indicated. Use a measuring cup to measure the amount.
Do not use the water container in the centre handle.



- If you want to sterilise the Difrax breast milk hose, turn around the inner rack, put your finger over the hole above the centre handle and fill with water from below. Replace the twist-off cap.
- Place the inner rack ② in the base ③.
- Fill the steriliser with the parts of the bottle, breast pump or other products to be sterilised according to the diagram further on in these instructions.
- Place the lid on top and make sure it is secured properly to the connection point in the bottom.



- Always place the Microwave Steriliser by itself in the middle of the microwave and put it on.

Microwave power (Watt): 500 WATT: 7 mins, 700 WATT: 6 mins, 800 WATT: 5 mins, 1000 WATT +: never
- Remove the steriliser from the microwave, lifting it by the handles on either side of the steriliser. Place the steriliser on an even, heat resistant surface. **Important!** The steriliser can be very hot!
- First check to see whether the Microwave Steriliser has cooled down enough. Remove the lid using the button on top of the lid. Point the lid away from you to avoid being burned by the steam.

Important! Steam may rise through the vent opening in the lid.
- Ensure that your hands are clean before removing the parts from the steriliser.
- Do not rinse the items after removing them from the steriliser, as they will not be sterile anymore.

IMPORTANT! Allow the Microwave Steriliser to cool down after removing it from the microwave and before removing the items from it. As soon as the red pattern on the steriliser's lid has turned purple, the steriliser is sufficiently cool for handling.

Filling procedures: Filling the Difrax Microwave Steriliser with Difrax S-bottles

- 1.) Place the teat (G) on (C).
- 2.) Place the bottle ring (H) over the teat (G) on (C).
- 3.) Place the bottle (I) upright on (B).
- 4.) Place the bottle bases, (K) on its side on (D).
- 5.) Slide the cap (F) onto (E).
- 6.) Place the valves (J) among the items.



Filling procedures: Filling the Difrax Microwave Steriliser with Difrax breast pump parts

- 1.) Dismantle the breast pump according to the instructions for the Difrax breast pump.

- 2.) Remove the inner rack ② and **fill the bottom of the steriliser with 200 ml water**. Use a measuring cup to measure the amount.



- 3.) Hold the rack ② upside down and open the water container by turning the cap.



- 4.) Hold your finger on the small opening of the centre handle ① and fill the water container with water up to the edge.




- 5.) Close the water container by screwing the cap and place it on the inner rack ② inside the steriliser.



- 6.) Place the milk tube ① in the opening at the top of the centre handle ①.



- 7.) Place the rest of the tube across the rack ②.



- 8.) Place the outer shell (M) with the rounded side facing up on the rack.
- 9.) Place the inner shell (N) with the rounded side facing up on the rack.
- 10.) Completely dismantle the splitter (O).
- 11.) Place the parts of the splitter on the rack with the opening facing down.



IMPORTANT!

The following parts of the Difrax BtoB breast pump may to avoid scale **not** be put in the Microwave Steriliser given the irreparable damage that this will cause: breast pump (P), air tube (Q), adapter (R).

Cleaning the Difrax Microwave Steriliser

- Always throw away the remaining water from the steriliser and rinse it to avoid scale.
- Always dry the steriliser well before putting it away.
- The Microwave Steriliser is dishwasher safe.
- After use, remove the water container cap from the centre handle (A), rinse it and dry it before replacing it.

The rack can also be used as a drying rack.

WARNHINWEISE



- WASCHEN SIE IMMER IHRE HÄNDE, BEVOR SIE STERILISIERTE ARTIKEL ANFASSEN.
- GEBEN SIE IMMER 200 ML WASSER IN DEN BODEN DES MIKROWELLENSTERILISATORS. ZU VIEL ODER ZU WENIG KANN DEN STERILISATOR UND/ODER DIE ZU STERILISIERENDEN PRODUKTE BESCHÄDIGEN.
- FÜLLEN SIE DEN MITTELHANDGRIFF MIT WASSER, WENN SIE DEN DIFRAX BRUSTPUMPENSCHLAUCH STERILISIEREN MÖCHTEN. FÜLLEN SIE AUSSERDEM 200 ML WASSER IN DEN BODEN DES MIKROWELLENSTERILISATORS.
- GEBEN SIE NIEMALS MEHR ALS DIE EMPFOHLENE MENGE AN ARTIKELN IN DEN STERILISATOR.
- VERWENDEN SIE KEINE CHEMISCHEN STERILISIERUNGSTABLETTEN/-LÖSUNGEN IN DEM STERILISATOR ODER IN DEN PRODUKTEN, DIE SIE STERILISIEREN.
- STERILISIEREN SIE NIEMALS METALLENE ODER ELEKTRONISCHE TEILE IN DEM STERILISATOR.
- BEACHTEN SIE DIE ANWEISUNGEN FÜR EINE KORREKTE NUTZUNG DER MIKROWELLE. ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE ANGEGEBENEN ZEITEN!
- WENN SIE EINE KOMBI-MIKROWELLE BENUTZEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER OFEN-/GRILLTEIL AUSGESCHALTET UND ABGEKÜHLT IST.
- LASSEN SIE DEN STERILISATOR IMMER ERST MINDESTENS FÜNFZEHN MINUTEN ABKÜHLEN, BEVOR SIE DIESEN AUS DER MIKROWELLE HERAUSHOLEN.
- HALTEN SIE DEN STERILISATOR IMMER WAAGERECHT, WENN SIE DIESEN AUS DER MIKROWELLE HOLEN, UM EIN VERSCHÜTTEN DES HEISSEN WASSERS ZU VERMEIDEN.
- PASSEN SIE AUF, WENN SIE DEN STERILISATOR AUS DER MIKROWELLE HERAUS HOLEN, DIESER KANN NOCH IMMER HEISS SEIN.
- HALTEN SIE DEN STERILISATOR IMMER AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN.
- LEGEN SIE KEINE FLASCHENBÜRSTE IN DEN STERILISATOR.
- GEBEN SIE NUR SOLCHE ARTIKEL IN DEN MIKROWELLENSTERILISATOR, DIE DAFÜR GEEIGNET SIND. LESEN SIE HIERZU DIE GEBRAUCHSANWEISUNG DER ARTIKEL.
- DIFRAX HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH EINE UNSORGFÄLTIGE UND/ ODER UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG ENTSTEHEN.
- DIES IST KEIN SPIELZEUG FÜR KINDER.

Der Difrax Mikrowellensterilisator besteht aus den folgenden Bestandteilen:

- ① **Deckel** Knopf wird nicht warm
- ② **Innenständer** für Flaschen und Zubehör
 - Ⓐ Mittelhandgriff mit Wasserbehälter, Anschluss Milchschauch der Difrax BtoB Brustpumpe.
 - Ⓑ Platz für den Flaschenkörper (4x)
 - Ⓒ Platz für den Flaschensauger und Flaschenring (4x)
 - Ⓓ Platz für den Flaschenboden (4x)
 - Ⓔ Platz für die Verschlusskappe (4x)
- ③ **Boden** Sterilisator mit Handgriffen (werden nicht heiß)

Siehe letzte Seite

S-Flasche

- Ⓕ Verschlusskappe
- Ⓖ Flaschensauger
- Ⓗ Flaschenring
- Ⓘ Flaschenkörper
- Ⓙ Ventil
- Ⓚ Flaschenboden

Difrax BtoB Brustpumpe

- Ⓛ Milchschauch
- Ⓜ Außenschale
- Ⓝ Innenschale
- Ⓞ Teiler in Einzelteilen



Achtung!

Die folgenden Teile der Difrax BtoB Brustpumpe dürfen **nicht** in den Mikrowellensterilisator:

- Ⓟ Pumpe
- Ⓠ Luftschauch
- Ⓡ Adapter

Difrax Mikrowellensterilisator

Sie möchten das Beste für Ihr Kind. Dabei spielt Hygiene eine wichtige Rolle. Mit dem Difrax Mikrowellensterilisator werden schädliche Bakterien in wenigen Minuten getötet.

Der Sterilisator ist für vier Babyflaschen und Zubehör geeignet. Die besonderen Eigenschaften, wie Handgriffe, die nicht heiß werden und ein herausnehmbares Innengestell, auf dem die Einzelteile stabil aufrecht stehen, gewährleisten eine sichere Handhabung.

Der Innenständer kann auch als Abtropfständer verwendet werden, so dass die sterilisierten Teile später nicht abgetrocknet werden müssen. Auch für das Zubehör der Difrax Brustpumpe geeignet. Einschließlich Spezialanschluss, um den Milchschauch der Brustpumpe zu sterilisieren.

Anwendung

- Spülen Sie alle Produkte in mildem Abwaschwasser und danach mit sauberem Leitungswasser ab, bevor Sie diese sterilisieren.
- Bevor Sie die Produkte in den Sterilisator einsetzen, ist es wichtig, dass alle Milchreste entfernt sind und der Sterilisator sauber und trocken ist.
- Holen Sie den Innenständer ② heraus und **füllen Sie den Boden des Sterilisator mit 200 ml Wasser** bis zur Wasserhöchststand-Markierung. Verwenden Sie zum Abmessen ein Messbecher. Verwenden Sie dazu **nicht** das Wasserreservoir im Mittelhandgriff.



Verwenden Sie dazu nicht das Wasserreservoir im Mittelhandgriff.

- Wenn Sie den Milchschauch der Difrax Brustpumpe sterilisieren möchten, drehen Sie den Innenständer um, halten Sie Ihren Finger auf das Loch oberhalb des Mittelhandgriffs und füllen Sie diesen von unten mit Wasser. Schließen Sie das Loch wieder mit der Drehkappe.
- Stellen Sie den Innenständer ② in den Boden ③.
- Füllen Sie den Sterilisator mit den Flaschen und Brustpumpenteilen oder anderen zu sterilisierenden Produkten gemäß dem Füllschema, welches in dieser Gebrauchsanweisung zu finden ist.
- Schließen Sie den Sterilisator mit dem Deckel, achten Sie darauf, dass dieser gut auf den Anschlusspunkt im Boden anschließt.




- Stellen Sie den Sterilisator immer frei in die Mitte der Mikrowelle und stellen Sie diese ein. **Mikrowellenleistung** (Watt): 500 WATT: 7 min, 700 WATT: 6 min, 800 WATT: 5 min, 1000 WATT +: niemals
- Nehmen Sie den Sterilisator aus der Mikrowelle, indem Sie diesen an den Handgriffen an den Seiten des Sterilisators festhalten. Stellen Sie den Sterilisator auf eine ebene Fläche mit einer hitzebeständigen Oberfläche. **Achtung!** Der Sterilisator kann heiß sein!
- Schauen Sie um zu prüfen, ob der Sterilisator ausreichend abgekühlt ist. Entfernen Sie den Deckel ① mithilfe des Knopfes an der Oberseite des Deckels. Halten Sie den Deckel in einiger Entfernung zu Ihrem Körper, damit Sie nicht von dem heißen Dampf getroffen werden. **Achtung!** Es kann eventuell auch Dampf aus der Deckellüftungsöffnung entweichen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände sauber sind, bevor Sie die Teile aus dem Sterilisator nehmen.
- Spülen Sie die Produkte nicht ab, nachdem Sie diese aus dem Sterilisator entnommen haben. Dann sind sie nicht mehr steril.

ACHTUNG! Lassen Sie den Sterilisator abkühlen, nachdem Sie diesen aus der Mikrowelle heraus geholt haben, bevor Sie die Produkte entnehmen. Sobald sich der rote Aufdruck auf dem Deckel des Sterilisators lila verfärbt, ist dieser ausreichend abgekühlt, um angefasst zu werden.

Das Füllschema: Das Füllen des Difrax Mikrowellensterilisators mit Difrax S-Flaschen


- 1.) Legen Sie den Flaschensauger (G) auf die Stelle (C).
- 2.) Legen Sie den Flaschenring (H) über den Flaschensauger (G) an die Stelle (C).
- 3.) Stellen Sie den Flaschenkörper (I) aufrecht in den Ständer (B).
- 4.) Legen Sie den Flaschenboden, (K) seitlich auf die Stelle (D).
- 5.) Klemmen Sie die Verschlusskappe (F) auf die Stelle (E).
- 6.) Legen Sie die Ventile (J) lose zwischen die Produkte.



Das Füllschema: Das Füllen des Difrax Mikrowellensterilisators mit Zubehör der Difrax Brustpumpe

- 1.) Bauen Sie die Brustpumpe gemäß der Gebrauchsanweisung der Difrax Brustpumpe auseinander.

- 2.) Holen Sie den Innenständer ② heraus und **füllen Sie den Boden des Sterilisator mit 200 ml Wasser.** Verwenden Sie zum Abmessen ein Messbecher.
- 3.) Halten Sie den Innenständer ② mit der Oberseite nach oben und drehen Sie die Verschlusskappe des Wasserreservoirs auf.
- 4.) Legen Sie Ihren Finger auf die kleine Öffnung des Mittelhandgriffs ① und füllen Sie den Wasser-behälter unter dem Kran bis zum Rand mit Wasser.
- 5.) Verschließen Sie den Wasserbehälter, in dem Sie die Verschlusskappe wieder fest drehen und legen Sie den Innenständer ② zurück in den Sterilisator.
- 6.) Stecken Sie den Milchschlauch ④ in die Öffnung der Oberseite des Mittelhandgriffs ①.
- 7.) Verteilen Sie den Rest des Schlauchs über den Innenständer ②.



- 8.) Legen Sie die Außenschale (M) mit der gewölbten Seite nach oben in den Innenständer.
- 9.) Legen Sie die Innenschale (N) mit der gewölbten Seite nach oben in den Innenständer.
- 10.) Bauen Sie den Teiler (O) komplett auseinander.
- 11.) Legen Sie die Einzelteile des Teilers auf den Ständer, mit der Öffnung nach unten.



ACHTUNG!

Die folgenden Teile der Difrax BtoB Brustpumpe dürfen **nicht** in einen Mikrowellensterilisator gegeben werden, da dies irreparable Schäden mit sich bringt: Pumpe (P), Luftschlauch (Q), Adapter (R).

Reinigung des Difrax Mikrowellensterilisators

- Gießen Sie immer das Restwasser aus dem Sterilisator und spülen Sie diesen aus, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Trocknen Sie den Sterilisator immer gut ab, bevor Sie diesen wegstellen.
- Der Mikrowellensterilisator ist spülmaschinenfest.
- Nach Benutzung die Verschlusskappe des Wasserreservoirs des Mittelhandgriffs (A) lösen, abspülen, abtrocknen und wieder anbringen.

Der Innenständer kann auch als Abtropfständer verwendet werden.

El esterilizador para Microondas Difrax se compone de los siguientes elementos:

- ① **Tapa** el tirador no se calienta
- ② **Bandeja interior** para biberones y accesorios
 - Ⓐ Asa central con depósito de agua, punto de conexión del tubo de la leche para el sacaleches BtoB de Difrax.
 - Ⓑ Espacio para el cuerpo de los biberones (4)
 - Ⓒ Espacio para la tetina y el collar de los biberones (4)
 - Ⓓ Espacio para la base de los biberones (4)
 - Ⓔ Espacio para el tapón de cierre (4)
- ③ **Base** del esterilizador con asas (no se calientan)

Véase la última página

S•biberón

- Ⓕ Tapón de cierre
- Ⓖ Tetina
- Ⓗ Collar
- Ⓛ Cuerpo del biberón
- Ⓜ Válvula
- Ⓚ Base del biberón

Sacaleches BtoB de Difrax

- Ⓛ Tubo para la leche
- Ⓜ Pezonera exterior
- Ⓝ Pezonera interior
- Ⓞ Divisor



¡Atención!

Las siguientes piezas del sacaleches BtoB de Difrax **no** se pueden introducir en el esterilizador para Microondas:

- Ⓟ Bomba
- Ⓠ Tubo del aire
- Ⓡ Adaptador



ADVERTENCIAS

- LÁVATE SIEMPRE LAS MANOS ANTES DE TOCAR LOS ARTÍCULOS ESTERILIZADOS.
- PON SIEMPRE 200 ML DE AGUA EN LA BASE DEL ESTERILIZADOR PARA MICROONDAS, SI PONES MÁS O MENOS CANTIDAD, SE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS SI PONES MÁS O MENOS AGUA EN EL ESTERILIZADOR O EN LOS PRODUCTOS QUE QUIERES ESTERILIZAR.
- LLENA DE AGUA EL DEPÓSITO DEL ASA CENTRAL SIEMPRE QUE QUIERAS ESTERILIZAR EL TUBO DE LA LECHE DEL DIFRAX BTOB. LLENA TAMBIÉN LA BASE DEL ESTERILIZADOR PARA MICROONDAS CON 200 ML DE AGUA.
- NO METAS NUNCA MÁS ARTÍCULOS DE LOS RECOMENDADOS EN EL ESTERILIZADOR.
- NO USES TABLETAS DE ESTERILIZACIÓN O SOLUCIONES QUÍMICAS EN EL ESTERILIZADOR O EN LOS PRODUCTOS QUE VAYAS A ESTERILIZAR.
- NO ESTERILICES NUNCA PIEZAS METÁLICAS O ELECTRÓNICAS EN EL ESTERILIZADOR.
- SIGUE LAS INSTRUCCIONES CORRECTAS PARA EL USO DEL MICROONDAS. ¡NO SOBREPASES LOS TIEMPOS INDICADOS!
- SI USAS UN MICROONDAS MIXTO, ASEGÚRATE DE QUE LA PARTE DEL HORNO/GRILL ESTÉ APAGADA Y FRÍA.
- DEJA QUE EL ESTERILIZADOR SE ENFRÍE DURANTE AL MENOS QUINCE MINUTOS DESPUÉS DE SACARLO DEL MICROONDAS.
- MANTÉN EL ESTERILIZADOR SIEMPRE HORIZONTAL MIENTRAS LO SAQUES DEL MICROONDAS PARA EVITAR QUE SE ENSUCIE O SE DERRAME EL AGUA CALIENTE.
- TEN CUIDADO CUANDO SAQUES EL ESTERILIZADOR DEL MICROONDAS, PORQUE PUEDE SEGUIR CALIENTE.
- MANTÉN EL ESTERILIZADOR LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- NO METAS CEPILLOS PARA BIBERONES EN EL ESTERILIZADOR.
- COLOCA SOLAMENTE ARTÍCULOS QUE SEAN APTOS PARA EL ESTERILIZADOR PARA MICROONDAS. PARA SABER CUÁLES LO SON, CONSULTA LAS INSTRUCCIONES DE LOS ARTÍCULOS.
- DIFRAX NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN POR UN USO NEGLIGENTE O INCORRECTO.
- ESTO NO ES UN JUGUETE PARA NIÑOS.

Esterilizador para Microondas Difrax

Quieres lo mejor para tu bebé, y la higiene es una parte importante de ello. El esterilizador para Microondas Difrax elimina en pocos minutos las bacterias patógenas. Este esterilizador tiene capacidad para cuatro biberones con sus accesorios. Gracias a sus características especiales, como las asas que no se calientan y una bandeja interior desmontable con huecos para sujetar perfectamente las piezas del biberón, resulta muy práctico y seguro. La bandeja interior también actúa como escurridor, por lo que no será preciso secar los biberones posteriormente. También se puede usar con las piezas del sacaleches BtoB de Difrax. Incluye una conexión especial para esterilizar a la vez el tubo para la leche del sacaleches BtoB.

Uso

- Lava todos los productos con agua con jabón suave y acláralos con agua de grifo antes de esterilizarlos.
- Antes de colocar los productos en el esterilizador, es importante eliminar todos los restos de leche y comprobar que el esterilizador está limpio y seco.
- Retira la bandeja interior ② **y llena el fondo del esterilizador con 200 ml de agua**, hasta el nivel máximo marcado. Para medir la cantidad, puedes usar una taza de medir. **Pero no utilices** el depósito de agua del asa central.



- Si quieres esterilizar un tubo para leche del sacaleches Difrax BtoB, da la vuelta a la bandeja interior, tapa con el dedo el agujero sobre el asa central y llénalo de agua desde abajo. Vuelve a cerrarlo con el taponcito de rosca.
- Coloca la bandeja interior ② en la base ③.
- Coloca en el esterilizador todas las piezas del biberón, el sacaleches u otras piezas que vayas a esterilizar, conforme al esquema que figura en estas instrucciones.
- Coloca la tapa y procura que se acople bien en el punto de conexión de la base.



- Coloca siempre el esterilizador para microondas centrado en el microondas y usa éste conforme:

Potencia del Microondas (vatios): 500 WATT: 7 min, 700 WATT: 6 min, 800 WATT: 5 min, 1000 WATT +: nunca
- Saca el esterilizador del Microondas sujetándolo por las asas del lateral del esterilizador. Coloca el esterilizador sobre una superficie uniforme y resistente al calor. **¡Atención!** ¡El esterilizador puede estar caliente!
- Mira primero para comprobar si el esterilizador se ha enfriado lo suficiente. Quita la tapa ① mediante el tirador situado en su parte superior. Sostén la tapa un poco apartada de ti para evitar que te alcance el vapor caliente.

¡Atención! También puede salir vapor del orificio de descompresión de la tapa.
- Asegúrate de tener las manos bien limpias antes de sacar las piezas del esterilizador.
- No aclares los productos después de sacarlos del esterilizador, ya que dejarían de estar estériles.

¡ATENCIÓN! Deja que el esterilizador para microondas se enfríe después de sacarlo del microondas y antes de retirar los productos. En cuanto la tapa del esterilizador se ponga de color morado, éste estará lo suficientemente frío como para cogerlo..

El esquema de llenado: El llenado del esterilizador para Microondas de Difrax con biberones Difrax S

- 1.) Coloca la tetina (G) en el hueco (C).
- 2.) Coloca el collar (H) sobre la tetina (G) en el hueco (C).
- 3.) Coloca el cuerpo del biberón (I) derecho en el hueco (B).
- 4.) Coloca la base del biberón (K) de lado en el hueco (D).
- 5.) Encaja el tapón (F) en el hueco (E).
- 6.) Coloca las válvulas (J) sueltas entre los productos.



El esquema de llenado: El llenado del esterilizador para microondas de Difrax con piezas del sacaleches Difrax BtoB

- 1.) Desmonta el sacaleches según las instrucciones del sacaleches Difrax BtoB.

- 2.) Retira la bandeja interior ② y llena el fondo del esterilizador con 200 ml de agua. Para medir la cantidad, puedes usar una taza de medir.



- 3.) Mantén la bandeja interior ② al revés, abre el tapón del depósito de agua.



- 4.) Coloca el dedo en el pequeño orificio del asa central ① y llena el depósito con agua hasta el borde.




- 5.) Cierra el depósito girando el tapón y vuelve a colocar la bandeja interior ② en el esterilizador.



- 6.) Coloca el tubo de la leche ① en el orificio del lado superior del asa central ①.



- 7.) Distribuye el resto del tubo por la bandeja interior ②.



8.) Coloca la pezonera exterior (M) con el lado redondo hacia arriba en la bandeja interior.

9.) Coloca la pezonera interior (N) con el lado redondo hacia arriba en la bandeja interior.

10.) Desmonta por completo el divisor (O).

11.) Coloca las piezas del divisor en la bandeja con la abertura hacia abajo.



¡ATENCIÓN!

Las siguientes piezas del sacaleches BtoB de Difrax **no** se pueden introducir en un esterilizador para Microondas ya que podrían causar daños irreparables: bomba (P), tubo del aire (Q), adaptador (R).

Lavado del esterilizador para Microondas Difrax

- Elimina siempre los restos de agua del esterilizador y acláralo para evitar que se acumule la cal.
- Seca bien siempre el esterilizador antes de guardarlo.
- El esterilizador para Microondas se puede lavar en lavavajillas.
- Después de usarlo, saca, enjuaga, seca y vuelve a colocar el tapón de cierre del depósito de agua del asa central (A).

La bandeja interior también actúa como escurridor.



AVVERTENZE

- LAVARE SEMPRE LE MANI PRIMA DI TOCCARE I PRODOTTI STERILIZZATI.
- RIEMPIRE IL FONDO DELLO STERILIZZATORE PER MICROONDE SEMPRE CON 200 ML DI ACQUA. UNA QUANTITÀ SUPERIORE O INFERIORE PUÒ PROVOCARE DANNI ALLO STERILIZZATORE E/O AI PRODOTTI CHE SI DESIDERA STERILIZZARE.
- RIEMPIRE CON ACQUA IL SERBATOIO DELL'ACQUA NELLA MANIGLIA CENTRALE PER STERILIZZARE IL TUBO DEL LATTE BTOB DIFRAX. RIEMPIRE INOLTRE IL FONDO DELLO STERILIZZATORE PER MICROONDE CON 200 ML DI ACQUA.
- NON CARICARE MAI LO STERILIZZATORE CON UN NUMERO DI PRODOTTI SUPERIORE RISPETTO A QUELLO CONSIGLIATO.
- NON AGGIUNGERE PASTIGLIE/SOLUZIONI STERILIZZANTI CHIMICHE ALLO STERILIZZATORE O AI PRODOTTI CHE SI DESIDERA STERILIZZARE.
- NON STERILIZZARE MAI COMPONENTI METALLICI O ELETTRONICI CON LO STERILIZZATORE.
- ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI PER L'USO DEL MICROONDE. NON SUPERARE I TEMPI INDICATI!
- SE SI UTILIZZA UN MICROONDE COMBINATO, ASSICURARSI CHE I COMPONENTI FORNO/GRILL SIANO DISATTIVATI E FREDDI.
- LASCIARE RAFFREDDARE LO STERILIZZATORE PER ALMENO QUINDICI MINUTI DOPO AVERLO ESTRATTO DAL MICROONDE.
- MANTENERE SEMPRE LO STERILIZZATORE IN POSIZIONE ORIZZONTALE QUANDO LO SI ESTRAE DAL MICROONDE PER EVITARE DI VERSARE E DI SPARGERE ACQUA BOLLENTE.
- PRIMA DI ESTRARRE LO STERILIZZATORE DAL MICROONDE, ACCERTARSI CHE SIA SUFFICIENTEMENTE FREDDO.
- TENERE LO STERILIZZATORE SEMPRE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- NON INTRODURRE SPAZZOLE PER BIBERON NELLO STERILIZZATORE.
- CARICARE LO STERILIZZATORE PER MICROONDE SOLO CON PRODOTTI ADATTI.
- PER INFORMAZIONI, CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO DEI RELATIVI PRODOTTI.
- DIFRAX NON È RESPONSABILE PER DANNI PROVOCATI DA UN USO IMPROPRIO E/O SCORRETTO.
- LO STERILIZZATORE NON È UN GIOCATTOLO PER BAMBINI.

Lo sterilizzatore per microonde Difrax è costituito dai seguenti componenti:

- ① **Coperchio** il pomello non si riscalda
- ② **Griglia interna** per biberon e accessori
 - Ⓐ Maniglia centrale con serbatoio dell'acqua, attacco per il tubo del latte del Tiralatte Difrax BtoB.
 - Ⓑ Posizionatore per il corpo (4x)
 - Ⓒ Posizionatore per la tettarella e per la ghiera (4x)
 - Ⓓ Posizionatore per la base (4x)
 - Ⓔ Vano per il coperchio (4x)
- ③ **Base** sterilizzatore con maniglie (che non si riscaldano)

Si veda l'ultima pagina

Biberon-S

- Ⓕ Coperchio
- Ⓖ Tettarella
- Ⓗ Ghiera
- Ⓘ Corpo
- Ⓝ Valvola
- Ⓚ Base

Tiralatte Difrax BtoB

- Ⓛ Tubo del latte
- Ⓜ Coppa esterna
- Ⓝ Coppa interna
- Ⓞ Componenti del divisore



Attenzione!

I seguenti componenti del Tiralatte Difrax BtoB non possono essere utilizzati con lo sterilizzatore per microonde:

- Ⓟ Pompa
- Ⓠ Tubo dell'aria
- Ⓡ Adattatore

Sterilizzatore per microonde Difrax

Per il bambino tutti desiderano il meglio, e l'igiene è un punto importante. Grazie allo Sterilizzatore per microonde Difrax, i batteri nocivi vengono eliminati in pochi minuti. Lo sterilizzatore può contenere quattro biberon e i relativi accessori. Le sue speciali caratteristiche, quali le maniglie che non si riscaldano e la griglia interna estraibile che permette la collocazione stabile dei componenti in posizione verticale, garantiscono un uso sicuro. La griglia interna può anche essere utilizzata come sgocciolatoio e i biberon non necessitano pertanto di essere asciugati. Adatto anche per le componenti del tiralatte Difrax BtoB. Attacco per la sterilizzazione speciale del tubo del latte del Tiralatte BtoB in dotazione.

Uso

- Lavare tutti i prodotti in acqua leggermente saponata e risciacquarli con acqua corrente prima di sterilizzarli.
- Prima di inserire i prodotti nello sterilizzatore, è importante eliminare tutti i residui di latte e verificare che lo sterilizzatore sia pulito e asciutto.
- Rimuovere la griglia interna ② e riempire il **fondo dello sterilizzatore con 200 ml di acqua** fino a raggiungere il livello massimo indicato. Per il dosaggio si consiglia di usare un misurino. A questo scopo **non utilizzare** il serbatoio per l'acqua nella maniglia centrale.



- Se si desidera sterilizzare un tubo per il latte del tiralatte Difrax, ribaltare la griglia interna, tenere il doto sul forellino sopra la maniglia intermedia e riempirlo con acqua dal basso. Ricollegare con il coperchio a vite.
- Inserire la griglia interna ② sulla base ③.
- Riempire lo sterilizzatore con il biberon, il tiralatte o altri prodotti da sterilizzare seguendo lo schema di caricamento riportato di seguito nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Montare il coperchio e assicurarsi che aderisca perfettamente all'attacco sul fondo.



- Disporre lo sterilizzatore sempre al centro del microonde e impostarlo seguendo la tabella sottostante
Potenza del microonde (Watt): 500 WATT: 7 min, 700 WATT: 6 min, 800 WATT: 5 min, 1000 WATT +: mai
- Estrarre lo sterilizzatore dal microonde utilizzando le apposite maniglie presenti sui lati. Collocare lo sterilizzatore su una superficie uniforme resistente al calore. **Attenzione!** Lo sterilizzatore può provocare scottature!
- Guardare per controllare che lo sterilizzatore per microonde si sia sufficientemente raffreddato. Smontare il coperchio ① utilizzando la manopola posta sul lato superiore del coperchio. Tenersi a distanza dal coperchio per evitare di essere investiti dal vapore bollente.
Attenzione! Può verificarsi anche la fuoriuscita di vapore dall'apertura di sfianto sul coperchio.
- Assicurarsi di estrarre i componenti dallo sterilizzatore con mani pulite.
- Non risciacquare i prodotti dopo averli estratti dallo sterilizzatore per evitare di contaminarli nuovamente.

ATTENZIONE! Una volta estratto lo sterilizzatore per microonde, lasciarlo raffreddare prima di prelevare i prodotti. Solo quando il disegno rosso presente sul coperchio diventa viola, lo sterilizzatore è sufficientemente freddo per essere maneggiato.

Schema di riempimento: riempimento dello sterilizzatore per microonde Difrax con biberon a S Difrax

- 1.) Collocare la tettarella **G** sul posizionatore **C**.
- 2.) Collocare la ghiera **H** sopra la tettarella **G** sul posizionatore **C**.
- 3.) Collocare il corpo **L** verticalmente sul posizionatore **B**.
- 4.) Collocare la base **K** lateralmente sul posizionatore **D**.
- 5.) Assicurare il coperchio **F** sul posizionatore **E**.
- 6.) Collocare le valvole **J** fra i prodotti.



Schema di riempimento: Riempimento dello sterilizzatore per microonde Difrax con componenti del tiralatte BtoB Difrax

- 1.) Smontare il tiralatte seguendo le istruzioni del tiralatte BtoB Difrax.

- 2.) Rimuovere la griglia interna ② e **riempire il fondo dello sterilizzatore con 200 ml di acqua**. Per il dosaggio si consiglia di usare un misurino.



- 3.) Ribaltare la griglia interna ② e svitare il coperchio del serbatoio dell'acqua.



- 4.) Tenere il dito sulla piccola apertura della maniglia centrale ① e riempire il serbatoio dell'acqua fino all'orlo.




- 5.) Chiudere il serbatoio dell'acqua avvitando il coperchio e ricollocare la griglia interna ② sullo sterilizzatore.



- 6.) Inserire il tubo del latte ④ nell'apertura sul lato superiore della maniglia centrale ①.



- 7.) Distribuire il resto del tubo sulla griglia interna ②.



- 8.) Collocare la coppa esterna (M) sulla griglia con il lato convesso rivolto verso l'alto.
- 9.) Collocare la coppa interna (N) sulla griglia con il lato convesso rivolto verso l'alto.
- 10.) Smontare completamente il divisore (O).
- 11.) Collocare i componenti del divisore sulla griglia con l'apertura rivolta verso il basso.



ATTENZIONE!

I seguenti componenti del Tiralatte Difrax BtoB **non** possono essere usati con lo sterilizzatore per microonde perché potrebbero subire danni permanenti: pompa (P), tubo dell'aria (Q), adattatore (R).

Pulizia dello sterilizzatore per microonde Difrax

- Rimuovere sempre l'acqua residua dallo sterilizzatore e risciacquarlo per prevenire la formazione di calcare.
- Provvedere sempre ad un'ottimale asciugatura dello sterilizzatore prima di riporlo.
- Lo sterilizzatore per microonde può essere lavato in lavastoviglie.
- Dopo l'uso, rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua della maniglia centrale (A), sciacquarlo, asciugarlo e rimontarlo.

La griglia interna può anche essere utilizzata come sgocciolatoio.

O esterilizador de Micro-ondas Difrax consiste das seguintes peças:

- ① **Tampa** o botão não aquece
- ② **Grade interior** para biberões e acessórios
 - Ⓐ Manipulo central com reservatório de água, ponto de acesso ao tubo de leite da bomba tira-leite BtoB da Difrax.
 - Ⓑ Local para a estrutura do biberão (4x)
 - Ⓒ Local para a tetina e anel do biberão (4x)
 - Ⓓ Local para a base do biberão (4x)
 - Ⓔ Local para a tampa (4x)
- ③ **Base** esterilizador com asas (não aquecem)

Ver última página

S•biberão

- Ⓕ Tampa
- Ⓖ Tetina
- Ⓗ Anel
- Ⓘ Estrutura
- Ⓙ Válvula
- Ⓚ Fundo

Bomba tira-leite BtoB da Difrax

- Ⓛ Tubo de leite
- Ⓜ Camada exterior
- Ⓝ Camada interior
- Ⓞ Separador em peças



Atenção!

As seguintes peças da bomba tira-leite BtoB da Difrax não podem ser colocadas no esterilizador de micro-ondas:

- Ⓟ Bomba
- Ⓠ Tubo de ar
- Ⓡ Adaptador



AVISOS

- LAVE SEMPRE AS MÃOS ANTES DE TOCAR NOS PRODUTOS ESTERILIZADOS.
- INTRODUZA SEMPRE 200 ML DE ÁGUA NA BASE DO ESTERILIZADOR DE MICRO-ONDAS; UMA QUANTIDADE MAIOR OU MENOR PODE DANIFICAR O ESTERILIZADOR E/OU OS PRODUTOS QUE DESEJE ESTERILIZAR.
- ENCHA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MANÍPULO CENTRAL COM ÁGUA SEMPRE QUE DESEJAR ESTERILIZAR O TUBO DO LEITE DA BOMBA TIRA-LEITE BTOB DA DIFRAX. ENCHA AINDA A BASE DO ESTERILIZADOR DE MICRO-ONDAS COM 200 ML DE ÁGUA.
- NUNCA COLOQUE MAIS DO OS ARTIGOS RECOMENDADOS NO ESTERILIZADOR.
- NÃO UTILIZE PASTILHAS/SOLUÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA NO ESTERILIZADOR OU NOS PRODUTOS QUE VAI ESTERILIZAR.
- NUNCA ESTERILIZE PEÇAS EM METAL OU ELETRÔNICAS NO ESTERILIZADOR.
- SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO MICRO-ONDAS. NÃO EXCEDA OS TEMPOS ESTIPULADOS!
- AO UTILIZAR UM MICRO-ONDAS COMBI, CERTIFIQUE-SE DE QUE A PARTE DO GRELHADOR ESTÁ DESLIGADA E ARREFECIDA.
- DEIXE ARREFECER O ESTERILIZADOR DURANTE UM MÍNIMO DE QUINZE MINUTOS ANTES DE O RETIRAR DO MICRO-ONDAS.
- MANTENHA O ESTERILIZADOR SEMPRE NA HORIZONTAL AO RETIRÁ-LO DO MICRO-ONDAS PARA EVITAR DEIXAR CAIR ÁGUA QUENTE.
- TENHA ATENÇÃO AO RETIRAR O ESTERILIZADOR DO MICRO-ONDAS, POIS AINDA PODE ESTAR QUENTE.
- MANTENHA SEMPRE O ESTERILIZADOR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- NÃO COLOQUE NENHUMA ESCOVA PARA BIBERÕES NO ESTERILIZADOR.
- NÃO COLOQUE QUAISQUER ARTIGOS NO INTERIOR DO ESTERILIZADOR DE MICRO-ONDAS QUE NÃO SEJAM ADEQUADOS AO MESMO.
- CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO DOS RESPETIVOS ARTIGOS.
- A DIFRAX NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DANO OCORRIDO RESULTANTE DE UMA UTILIZAÇÃO NEGLIGENTE E/OU ERRADA.
- ISTO NÃO É UM BRINQUEDO PARA CRIANÇAS.

Esterilizador de Micro-ondas Difrax

Você deseja o melhor para o seu filho e a higiene é uma parte importante. Com o esterilizador de micro-ondas Difrax, elimina todas as bactérias nocivas em poucos minutos. O esterilizador é adequado para quatro biberões e acessórios. As suas propriedades especiais, tais manípulos que não aquecem e uma grade interior amovível para que as peças não caiam, asseguram uma utilização segura. A grade interior também pode ser utilizada como escorredor para que estes não tenham que ser secos posteriormente. Também é adequado para peças da bomba tira-leite BtoB da Difrax.


Inclui a ligação especial do tubo do leite da respetiva bomba tira-leite BtoB para esterilização.

Modo de uso

- Lave todos os produtos em água morna com detergente e passe por água da torneira limpa antes de os esterilizar.
- Antes de colocar os produtos no esterilizador, é importante eliminar todos os vestígios de leite e garantir que o esterilizador está limpo e seco.
- Retire a grade interior ② e **encha a base do esterilizador com 200 ml de água** até atingir o nível máximo de água. Utilize um copo de medição para a respetiva medição. **Não utilize** o reservatório de água que se situa no manípulo central.



- Caso deseje esterilizar o tubo do leite da bomba tira-leite BtoB da Difrax, vire a grade interior, coloque o dedo sobre o orifício que se situa por cima do manípulo central e proceda ao seu enchimento com água. Volte a encerrar com a pequena tampa de enroscar.
- Coloque a grade interior ② na base ③.
- Encha o esterilizador com as peças do biberão, bomba tira-leite ou outros produtos que necessitem ser esterilizados seguindo o esquema presente no manual de utilização.
- Coloque a tampa e certifique-se de que esta está bem fechada no ponto de acesso da base.



- Coloque o esterilizador livre sempre no centro do micro-ondas e ligue este último de acordo com.

Potência do micro-ondas (Watt): 500 WATT: 7 min, 700 WATT: 6 min, 800 WATT: 5 min, 1000 WATT +: nunca

- Retire o esterilizador do micro-ondas através dos manípulos situados nas laterais do esterilizador. Coloque o esterilizador sobre uma superfície plana com uma superfície de resistência ao calor.

Atenção! O esterilizador pode estar quente!

- Olhe em primeiro lugar, para verificar se o esterilizador já arrefeceu. Retire a tampa ① através do centro do botão na parte superior da mesma. Mantenha a tampa algo afastada de si para evitar magoar-se através do vapor quente.

Atenção! Também pode sair vapor quente da abertura de saída de ar da tampa.

- Certifique-se de que tem as mãos lavadas antes de retirar as peças do interior do esterilizador.
- Não passe os produtos por água depois de os retirar do esterilizador. Assim, deixam de ficar esterilizados.

ATENÇÃO! Deixe arrefecer o esterilizador depois de o retirar do micro-ondas e antes de retirar os produtos do seu interior. Logo que o padrão vermelho da tampa do esterilizador assumir a cor roxa, significa que este arrefeceu o suficiente para poder pegar nele.

Esquema de enchimento: enchimento do Esterilizador de Micro-ondas Difrax com biberões Difrax S

- 1.) Coloque a tetina (G) no local adequado (C).
- 2.) Coloque o anel de biberão (H) sobre a tetina (G) no local adequado (C).
- 3.) Coloque a estrutura do biberão (I) na vertical no local adequado (B).
- 4.) Coloque a base do biberão (K) de lado no local adequado (D).
- 5.) Aperte a tampa (F) no local adequado (E).
- 6.) Coloque as válvulas (J) soltas entre os produtos.



Esquema de enchimento: enchimento do Esterilizador de Micro-ondas Difrax com peças da bomba tira-leite BtoB da Difrax

- 1.) Desmonte a bomba tira-leite de acordo com as instruções de utilização da bomba tira-leite BtoB da Difrax.

2.) Retire a grade interior ② e encha a base do esterilizador com 200 ml de água. Utilize um copo de medição para a respetiva medição.



3.) Segure a grade interior ② ao contrário, gire a tampa do reservatório até abri-la.



4.) Mantenha o dedo na pequena abertura do manípulo central ① e encha o depósito de água segurando-o sob a torneira até à beira.




5.) Feche o reservatório de água fazendo girar a tampa sobre o mesmo e coloque-o na grade interior ② de volta no esterilizador.



6.) Coloque o tubo do leite ① na abertura do lado superior do manípulo central ①.



7.) Divida o resto do tubo pela grade interior ②.



- 8.) Coloque a camada exterior (M) com o lado convexo para cima na grade interior.
- 9.) Coloque a camada interior (N) com o lado convexo para cima na grade interior.
- 10.) Desmonte o separador (O) na totalidade.



- 11.) Coloque as peças do separador na prateleira com a abertura para baixo.

ATENÇÃO!

As seguintes peças da bomba tira-leite BtoB da Difrax **não** podem ser colocadas no esterilizador de micro-ondas, visto que poderão sofrer danos irreparáveis: bomba (P), tubo de ar (Q), adaptador (R).

Limpeza do Esterilizador de Micro-ondas Difrax

- Retire sempre a água residual do esterilizador e passe-o por água limpa para evitar a acumulação de calcário.
- Seque sempre bem o esterilizador antes de o guardar.
- O esterilizador de micro-ondas pode ser lavado na máquina de lavar louça.
- Após a utilização, desaperte a tampa do reservatório de água do manípulo central (A), passe-a por água, seque e volte a colocá-la no sítio.

A grade interior também pode ser utilizada como escurridor.



VARNINGAR

- TVÄTTA ALLTID HÄNDERNA INNAN DU HANTERAR DE STERILISERADE DELARNA.
- HÅLL ALLTID 200 ML VATTEN I BOTTEN AV MIKROSTERILISATORN, FÖR MYCKET ELLER FÖR LITE VATTEN KAN SKADA STERILISATORN OCH/ELLER DE DELAR SOM PLACERATS I STERILISATORN.
- Fyll vattenbehållaren i mitthandtaget med vatten när du ska sterilisera DIFRAX BTOB-MJÖLKSLANGEN. HÅLL ÄVEN 200 ML VATTEN I BOTTEN AV MIKROSTERILISATORN.
- PLACERA ALDRIG FLER DELAR I STERILISATORN ÄN DET SOM ANGES.
- ANVÄND INGA KEMISKA STERILISERINGSTABLETTER/- MEDEL I STERILISATORN ELLER I DE PRODUKTER SOM SKA STERILISERAS.
- PLACERA ALDRIG METALLFÖREMÅL ELLER ELEKTRONISKA DELAR I STERILISATORN.
- FÖLJ NOGA ANVISNINGARNA FÖR MIKROVÅGSUGNEN. ÖVERSKRID INTE ANGIVNA TIDSINSTÄLLNINGAR!
- OM DU HAR EN KOMBINERAD MIKRO/UGN/GRILL, SE TILL ATT DU UGNEN HAR SVALNAT EFTER TIDIGARE BRUK INNAN DU PLACERAR STERILISATORN I DEN.
- LÅT STERILISATORN SVALNA I MINST EN KVART EFTER ATT DEN TAGITS UT UR MIKROVÅGSUGNEN.
- HÅLL STERILISATORN HORIZONTALT SÅ ATT DU INTE SPILLER OCH BRÄNNER DIG NÄR DU TAR UT DEN UR MIKROVÅGSUGNEN.
- VAR FÖRSIKTIG NÄR DU SKA TA UT STERILISATORN UR MIKROVÅGSUGNEN DÅ DEN KAN VARA MYCKET VARM.
- STERILISATORN SKA UNDANHÅLLAS FRÅN BARN.
- PLACERA ALDRIG FLASKBORSTAR I STERILISATORN.
- PLACERA ENBART PRODUKTER SOM ÄR LÄMPADE FÖR STERILISERING I EN MIKROSTERILISATOR. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖR MOTSVARANDE PRODUKT.
- DIFRAX ANSVARAR INTE FÖR SKADA TILL FÖLJD AV OVARSAMHET ELLER FEL ANVÄNDNING.
- DETTA ÄR INTE EN LEKSAK OCH FÅR INTE HANTERAS AV BARN.

Difrax Mikrosterilisator består av följande delar:

- ① **Lock** med knoppen blir inte varm
- ② **Diskställ** för flaskor och tillbehör
 - Ⓐ Mitthandtag med vattenbehållare, koppling för mjölkslang till Difrax BtoB bröstpump.
 - Ⓑ Plats för flaskor (4 st)
 - Ⓔ Plats för flaskknappar och flaskringar (4 st)
 - Ⓓ Plats för flaskbottnar (4 st)
 - Ⓔ Plats för lock (4 st)
- ③ **Botton** sterilisator med handtag (blir inte varma)

Se sista sidan

S flaska

- Ⓕ Lock
- Ⓖ Flasknapp
- Ⓕ Flaskring
- Ⓖ Flaska
- Ⓖ Ventil
- Ⓖ Flaskbotten

Difrax BtoB bröstpump

- Ⓖ Mjölkslang
- Ⓖ Ytterkupa
- Ⓖ Innerkupa
- Ⓖ Fördelarens delar



Var försiktig!

Följande av Difrax BtoB bröstpumpsdelar får inte placeras i Mikrosterilisatorn:

- Ⓖ Pump
- Ⓖ Luftslang
- Ⓖ Adapter

Difrax Mikrosterilisator

Du vill det bästa för ditt barn och i det ingår också god hygien. Med en Difrax Mikrosterilisator elimineras alla bakterier på några minuter. Sterilisatorn kan användas för rengöring av fyra nappflaskor med tillbehör.

De speciella egenskaperna handtag som inte blir varma och ett urtagbart diskställ som håller delarna på plats tillhandahåller säker användning. Det inre diskstället kan också användas som torkställ för flaskorna så att de kan lufttorka efteråt.


Kan också användas för rengöring av delar till en Difrax BtoB bröstpump. Med särskild koppling för sterilisering av mjölkslangen till en BtoB bröstpump.

Bruksanvisningar

- Diska alla delar som vanligt och spola av allt diskmedel med kranvatten innan du steriliserar dem.
- Innan produkterna placeras i sterilisatorn är det viktigt att inga mjölkrester finns kvar i delarna och att sterilisatorn är ren och torr.
- Ta ur diskstället ② **och fyll sterilisatorns botten med 200 ml vatten**, se indikeringen för maximal vattennivå. Använd till exempel en måttkopp som mått.
Använd inte vattenbehållaren i mitthandtaget.



- Om du vill sterilisera en mjölkslang som tillhör Difax BtoB-bröstpump, vänd då på diskstället, sätt fingret på det lilla hålet på mitthandtaget och fyll med vatten underifrån. Förslut igen med vridlocket.
- Placera diskstället ② på botten ③.
- Fyll sterilisatorn med flaskor, bröstpump eller andra delar som ska steriliseras enligt laddningsschemat i denna bruksanvisning.
- Placera locket och se till att det sitter fast ordentligt på botten.



- Placera alltid Mikrosterilisatorn i mitten av mikrovågsugnen och använd inställningarna.

Effekt mikrovågsugn (Watt): 500 WATT: 7 min, 700 WATT: 6 min, 800 WATT: 5 min, 1000 WATT +: aldrig

- Håll tag i handtagen i sidorna på sterilisatorn när du ska ta ut den ur mikrovågsugnen. Placera sterilisatorn på en flat och värmetålig yta. **Var försiktig!** Sterilisatorn kan vara mycket varm!
- Kontrollera först när sterilisatorn har svalnat till räck ligt. Ta av locket ① genom att lyfta in knoppen på lockets ovansida. Håll locket på avstånd så att du inte får het ånga i ansiktet.

Var försiktig! Det kan eventuellt också komma ånga från ventilen på locket.

- Tvätta händerna innan du tar ut de steriliserade delarna.
- Spola inte av de steriliserade delarna direkt efteråt. Då är de inte längre sterila.

OBS! Låt Mikrosterilisatorn svalna i en kvart efter att de tagits ut den ur mikrovågsugnen. När den röda värmeindikeringstrycket på locket ändrat färg till lila är sterilisatorn tillräckligt sval för att hanteras.

Laddningsschema: Så här laddar du Difrax Mikrosterilisator med Difrax S-flaskor


- 1.) Placera flaskknappen **G** på plats **C**.
- 2.) Placera flaskringen **H** över flaskknappen **G** på plats **C**.
- 3.) Placera flaskan **I** rakt upp på plats **B**.
- 4.) Placera flaskbotten **K** på kant på plats **D**.
- 5.) Kläm fast locket **F** på plats **E**.
- 6.) Lägg de ventilerna **J** löst mellan de olika delarna.



Laddningsschema: Ladda Difrax Mikrosterilisator med Difrax BtoB-bröstpumpdelar

- 1.) Ta isär bröstpumpen enligt bruksanvisningen till Difrax BtoB-bröstpump.

- 2.) Ta ur diskstället ② och fyll sterilisatorns botten med 200 ml vatten. Använd till exempel en måttkopp som mått.
- 3.) Håll diskstället ② upp och ned, öppna locket på vattenbehållaren.
- 4.) Sätt fingret på det lilla hålet på mitthandtaget ① och fyll på vattenbehållaren med vatten upp till kanten.
- 5.) Stäng vattenbehållaren genom att skriva fast locket och placera sedan diskträcket ② i sterilisatorn igen.
- 6.) Placera mjölkslangen L i öppningen på ovansidan av mitthandtaget ①.
- 7.) Fördela resten av slangen över diskstället ②.



- 8.) Placera yttersnäckan **(M)** i diskstället med den välvda sidan upp.
- 9.) Placera yttersnäckan **(N)** i diskstället med den välvda sidan upp.
- 10.) Ta isär fördelaren **(O)** helt.
- 11.) Placera alla delar i räknet med öppningen nedåt.



OBS!

Följande delar som tillhör Difrax BtoB bröstpump får **inte** placeras i Mikrosterilisator eftersom de då kan ta skada och sluta fungera: pump **(P)**, luftslang **(Q)**, adapter **(R)**.

Så här rengör du din Difrax Mikrosterilisator

- Häll alltid ut restvatten ur sterilisatorn och skölj av den för att förebygga kalkavlagringar.
- Torka alltid av sterilisatorn ordentligt innan du ställer undan den.
- Mikrosterilisatorn tål maskindisk.
- Efter användning ska du ta av locket på mitthandtagets vattenbehållare **(A)**, spola av och torka det och sätta tillbaka det på plats igen.

Diskstället kan också användas som torkställ.

NL BtoB Kolf

De stilste & meest discrete
mamavriendelijke kolf

F Tira-lait BtoB

Le tire-lait le plus silencieux
et le plus discret

UK BtoB Breast pump

The quietest, most discrete,
mum-friendly breast pump

D BtoB-Milchpumpe

Die leiseste, diskreteste und
benutzerfreundlichste
Milchpumpe auf dem Markt

E Sacaleches BtoB

El sacaleches más silencioso, discreto
y fácil de utilizar para las mamás

IT Tiralatte BtoB

Il tiralatte più silenzioso e
discreto, amico delle mamme



P Bomba de extração de leite BtoB

O mais silencioso & discreto extrator
amigo da mamã

S BtoB Bröstpump

Den tystaste, mest diskreta,
mammavänliga bröstpumpen



NL S-flesverwarmer

Babyfles opwarmen met
één druk op de knop

F Chauffe-biberon S

Réchauffez le biberon avec une
pression sur le bouton

UK S-baby bottle warmer

Heating up the baby bottle with
one press of the button

D S-Flaschenwärmer

Babyflasche erwärmen mit einem
einzigen Knopfdruck

E Calientabiberones S

Calentar el biberón con tan solo
pulsar un botón

IT Scaldabiberon a S

Basta schiacciare un bottone per
scaldare il biberon



P Aquecedor de biberões S

Aquecer o biberão premindo um
botão

S S-flaskvärmare

Värmer upp flaskan när du har
tryckt på knappen