

NE PAS utiliser Omnilux Contour pour traiter des pathologies autres que celles mentionnées dans les indications d'utilisation. Le dispositif Omnilux Contour n'a pas été testé pour des pathologies autres que celles énumérées et le risque est inconnu.

NE PAS utiliser Omnilux Contour si vous êtes enceinte, si vous prévoyez une grossesse ou si vous allaitez. Le dispositif Omnilux Contour n'a PAS été testé sur des femmes enceintes ou allaitantes et, par conséquent, les risques pour le fœtus, le nouveau-né ou la femme enceinte sont inconnus.

NE PAS utiliser Omnilux Contour si vous souffrez d'un lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme. Si vous utilisez le dispositif Omnilux Contour pour traiter ces pathologies, vous risqueriez de provoquer une réaction cutanée grave.

NE PAS utiliser Omnilux Contour si vous souffrez d'une photosensibilisation (sensibilité à la lumière). Si vous utilisez le dispositif Omnilux Contour et que vous souffrez d'une photosensibilisation, vous risqueriez de provoquer une réaction cutanée grave.

NE PAS utiliser Omnilux Contour si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer une photosensibilité. Si vous utilisez le dispositif Omnilux Contour et que vous prenez un médicament susceptible de provoquer une photosensibilité, vous risqueriez de provoquer une réaction cutanée grave.

NE PAS utiliser Omnilux Contour si vous souffrez de maux de tête provoqués par la lumière.

NE PAS utiliser Omnilux Contour si vous souffrez de maladies oculaires d'origine génétique.

La photosensibilité est un effet secondaire courant de divers médicaments. Il peut s'agir de certains antibiotiques, de traitements chimiothérapeutiques et de diurétiques. Si vous avez un doute sur les médicaments que vous prenez, consultez votre médecin.

Cliquez [ici](#) pour obtenir une liste des médicaments susceptibles de provoquer une photosensibilité.