

Contraindicaciones

NO utilice Omnilux Men para tratar ninguna afección aparte de las señaladas en las indicaciones de uso. El dispositivo Omnilux Men no se ha probado para otras indicaciones diferentes a las señaladas y el riesgo es desconocido.

NO use Omnilux Men si está embarazada, planea quedarse embarazada o está en periodo de lactancia. El dispositivo Omnilux Men NO se ha probado en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, por lo que se desconoce el riesgo para la mujer embarazada, el feto o el neonato.

NO utilice Omnilux Men si padece lupus eritematoso, eczema fotosensible o albinismo. Si utiliza el dispositivo Omnilux Men para tratar estas afecciones, puede provocar una reacción cutánea grave.

NO utilice Omnilux Men si padece algún trastorno de fotosensibilidad (sensibilización a la luz). Si utiliza el dispositivo Omnilux Men y padece un trastorno de fotosensibilidad, puede provocar una reacción cutánea grave.

NO utilice Omnilux Men si está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad. Si utiliza el dispositivo Omnilux Men y está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad, puede provocar una reacción cutánea grave.

NO utilice Omnilux Men si sufre de dolores de cabeza inducidos por la luz.

NO utilice Omnilux Men si padece alguna enfermedad ocular genética.

La fotosensibilidad es un efecto adverso común de diversos medicamentos, entre los que se pueden incluir ciertos antibióticos, fármacos de quimioterapia y diuréticos. Si tiene dudas sobre la medicación que está tomando, consulte a su profesional sanitario.

Haga clic aquí para ver una lista de medicamentos que pueden causar fotosensibilidad.