



## FICHA TECNICA



REFERENCIA:	60111		
NOMBRE TECNICO DEL PRODUCTO :	RESUCITADOR PULMONAR ADULTO DESECHABLE		
DESCRIPCION Y COMPONENTES :	BALON DE VENTILACION 1500ML, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP 5-20CM H2O QUE AYUDA A MANTENER UNA PRESION PULMONAR POSITIVA PARA FACILITAR LA RESUCITACION		
MARCA:	HSINER		
FABRICANTE :	HSINER	CIUDAD / PAIS DE ORIGEN:	TAIWAN
REGISTRO SANITARIO:	2019DM-0020009	FECHA DE VIGENCIA:	28/06/2029
MATERIAL DE ELABORACION:	MATERIAL PVC - PE - PC LIBRE DE LATEX		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:	IIA		
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	MATERIAL DESECHABLE UN SOLO USO		
NUMERO DE REUSOS RECOMENDADO O CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:	MATERIAL DESECHABLE UN SOLO USO		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD		
CONTENIDO DEL KIT:	BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP		
INDICACIONES DE USO RECOMENDADAS, ESPECIFICACIONES:	ESTE DISPOSITIVO ESTA INDICADO PARA PROPORCIONAL UNA AYUDA EFICAZ EN LA RESPIRACION, PROCEDIMIENTO DE REANIMACION CARDIO PULMONAR COMO APOYO DE VENTILADORES Y MAQUINAS DE ANESTESIA		
INDICACIONES DE UTILIZACION DEL PRODUCTO:	USO INDICADO PARA REANIMACION, PRODUCTO MANEJADO POR PROFESIONAL CALIFICADO		
PRECAUCIONES:	NO REQUIERE DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ESPECIFICO; SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS NORMAS BASICAS DE HIGIENE Y TEMPERATURA AMBIENTE (LEJOS DE LA LUZ Y EL CALOR)		
DISPOSICIÓN FINAL:	DEBE SER DESECHADA DE ACUERDO A LAS NORMAS LOCALES DE MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. MEDICAL CARE WELL NO MANEJA EL DISPOSITIVO ANTES DE LA DISPOSICION FINAL YA QUE NO TIENE UN PROCESO DE DESNATURALIZACIÓN O INACTIVACIÓN ESPECIAL		
FECHA DE VENCIMIENTO A PARTIR DE LA FABRICACION:	TRES AÑOS		

FIRMA DIRECTOR TECNICO: