

Schlieren, 02. Juli 2015  
SIS

novamem ltd  
HCI E 113  
Vladimir-Prelog-Weg 1  
8093 Zürich ETH-Hönggerberg

## Untersuchungsbericht

Objekt: Wasserproben zur E-coli Bestimmung, Zürich

Bachema AG  
Rütistrasse 22  
Postfach  
CH-8952 Schlieren

Telefon  
+41 44 738 39 00  
Telefax  
+41 44 738 39 90  
info@bachema.ch  
www.bachema.ch

Chemisches und  
mikrobiologisches  
Labor für  
die Prüfung von  
Umweltproben  
(Wasser,  
Boden, Abfall)  
Akkreditiert nach  
ISO 17025/STS  
Nr.064

<b>Auftrags-Nr. Bachema</b>	20155660
<b>Proben-Nr. Bachema</b>	24580-24581
<b>Tag der Probenahme</b>	01. Juli 2015
<b>Eingang Bachema</b>	01. Juli 2015
<b>Probenahmeort</b>	Zürich
<b>Entnommen durch</b>	novamem ltd
<b>Auftraggeber</b>	novamem ltd, HCI E 113, 8093 Zürich ETH-Hönggerberg
<b>Rechnungsadresse</b>	novamem ltd, HCI E 113, 8093 Zürich ETH-Hönggerberg
<b>Bericht an</b>	novamem ltd, HCI E 113, C. Kellenberger, 8093 Zürich ETH-Hönggerberg
<b>Bericht per e-mail an</b>	novamem ltd, C. Kellenberger, christophkellenberger@novamem.com

Freundliche Grüsse  
BACHEMA AG



Annette Rust  
Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH

**Objekt:** Wasserproben zur E-coli Bestimmung, Zürich  
**Auftraggeber:** novamem ltd  
**Auftrags-Nr. Bachema:** 20155660

### Probenübersicht

Bachema-Nr.	Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
24580 W	<b>untreated e-coli solution</b> (Bezeichnung auf Proben "1BB" + "2BB")	01.07.15 / 01.07.15
24581 W	<b>DrinkPure filtered e-coli solution</b> (Bezeichnung auf Proben "1BF" + "2BF")	01.07.15 / 01.07.15

### Abkürzungen

n.n.	nicht nachweisbar
KBE	Kolonie-bildende Einheiten
W	Wasserprobe
F	Feststoffprobe
TS	Trockensubstanz
<	Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
*	Die mit * bezeichneten Analysen fallen nicht in den akkreditierten Bereich der Bachema AG oder sind Fremdmessungen.

Bachema AG  
Rütistrasse 22  
Postfach  
CH-8952 Schlieren

Telefon  
+41 44 738 39 00  
Telefax  
+41 44 738 39 90  
info@bachema.ch  
www.bachema.ch

Chemisches und  
mikrobiologisches  
Labor für  
die Prüfung von  
Umweltproben  
(Wasser,  
Boden, Abfall)  
Akkreditiert nach  
ISO 17025/STS  
Nr.064

### Akkreditierung

<p>S SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST            SERVICE SUISSE D'ESSAI            SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA            S SWISS TESTING SERVICE, STS-#: 064</p> <p>Association of Swiss Laboratories            Verband Schweizer Laboratorien            Association des Laboratoires Suisses            Associazione dei Laboratori Svizzeri</p>	<p>Auszugsweise Vervielfältigung der Analysenresultate sind nur mit Genehmigung der Bachema AG gestattet.            Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Prüfdaten sind auf Anfrage erhältlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder <a href="http://www.bachema.ch">www.bachema.ch</a>).</p>
---	---

Bachema AG  
Analytische Laboratorien

**Objekt:** Wasserproben zur E-coli Bestimmung, Zürich  
**Auftraggeber:** novamem ltd  
**Auftrags-Nr. Bachema:** 20155660

**Probenbezeichnung**

Proben-Nr. Bachema  
Tag der Probenahme

**Mikrobiologische Untersuchungsparameter**

untreated e-coli solution	DrinkPure filtered e-coli solution				
24580 01.07.15	24581 01.07.15				
<i>Escherichia coli</i>	KBE/mL	9'000'000	n.n.		

Bachema AG  
Rütistrasse 22  
Postfach  
CH-8952 Schlieren

Telefon  
+41 44 738 39 00  
Telefax  
+41 44 738 39 90  
info@bachema.ch  
www.bachema.ch

Chemisches und  
mikrobiologisches  
Labor für  
die Prüfung von  
Umweltproben  
(Wasser,  
Boden, Abfall)  
Akkreditiert nach  
ISO 17025/STS  
Nr.064