



Leer antes de usar

Como precaución, deben utilizarse guantes y protección ocular al manipular sustancias y utilizar unidades de prueba. No perforo ninguna parte de la unidad. No retire la sonda una vez asegurada en la unidad. En el improbable caso de un derrame, enjuague completamente el área afectada con agua. Mantenga fuera del alcance de los niños. Todos los resultados son de presunción. Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.

Preparación de Prueba	1	Retire la sonda Smart-Tip™ de la unidad de prueba.	2	Muestree la sustancia o superficie sospechosa.	
				Sustancia y Material de Traza	Líquido
				Pase el papel de la sonda Smart-Tip™ por la sustancia o superficie sospechosa.	
				Coloque el papel absorbente de la sonda Smart-Tip™ en líquido. Asegúrese de que el papel esté mojado.	

Preparación de Prueba	3	Asegure la sonda Smart-Tip™ en la unidad de prueba. Presione firmemente.	Identificación Cámara 1	4	Con pulgar e índice , apriete la cámara 1 hasta que se rompa la cápsula.	5	Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.
	 Las clavijas flexibles			PARE No continúe a menos que la sonda esté bloqueada debajo de las clavijas flexibles y no pueda ser retirada de la unidad de prueba.			

Resultados Cámara 1		La aparición de partículas de color turquesa adhiriéndose la sonda, al papel, o precipitándose de la solución dentro unos pocos segundos indica la presencia de Cocaína .
		<p><i>* Nota: El líquido permanecerá de color rosa. El color turquesa puede desaparecer con el tiempo.</i></p> <p> Si se desarrolla un color turquesa, proceda a la Eliminación. Si no se desarrolla un color turquesa, proceda al Paso 6.</p>

Identificación Cámara 2	6	Con pulgar e índice , apriete la cámara 2 hasta que se rompa la cápsula.	7	Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.

Resultados Cámara 2		La aparición de partículas de color turquesa adhiriéndose la sonda, al papel, o precipitándose de la solución dentro unos pocos segundos indica la presencia de Crack .
		<p><i>* Nota: El líquido permanecerá de color rosa. El color turquesa puede desaparecer con el tiempo.</i></p> <p> Si no se desarrolla un color turquesa dentro unos pocos segundos, no hay presentes Cocaína ni Crack.</p>

Eliminación	Es seguro eliminar el kit de prueba con la basura.
-------------	--

Información importante	INFORMACIÓN IMPORTANTE
	<ol style="list-style-type: none"> Los kits discretos de prueba de drogas de IDenta Touch&Know™ se utilizan para determinar la presencia de ciertas drogas en sustancias como polvos, cristales, gránulos, escamas, píldoras, tabletas o líquidos. Todos los resultados son de presunción. Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente. Un alteración de color indica un resultado positivo para las drogas enumeradas solo si ocurre dentro del primer minuto. Si NO hay alteración de color dentro del tiempo indicado, las drogas enumeradas NO están presentes en la muestra analizada. Después de un minuto, la sonda y el líquido pueden a alterar de color como un proceso normal de prueba y este alteración de color NO indica un resultado positivo.