

Produttore Owlet Baby Care
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043

Numero di telefono: 844.334.5330

Prodotto Owlet Smart Sock 3

Modello n.: OBL 3.0. OSS 3.0 Owlet Sock terza generazione

Descrizione del prodotto L'Owlet Smart Sock di terza generazione è composto da due componenti: la Base Station (OBL) e la calza sensore (OSS). La calza sensore usa utilizza la fotopleletismografia (PPG) per acquisire la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno del bambino quando viene indossata sul piede dell'utente. Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile Li-Ion. Trasmette i dati della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno alla Base Station tramite Bluetooth Low Energy (BLE). Utilizza un IC Nordic nRF52840 che supporta le tecniche di modulazione e comunicazione standard BLE. Il sensore utilizza un'antenna metallica piegata in 3D all'interno dell'involucro di plastica.

Nome del rappresentante: **Obelis S.A**

Sede legale
del rappresentante:


Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Bruxelles,
BELGIO.
Tel: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732 60 03
Email: mail@obelis.net
Rappresentante: Mr. Gideon ELKAYAM

Il sottoscritto, con la presente dichiara, per conto di Owlet Baby Care di Lehi, Utah, che il prodotto soprammenzionato, a cui la presente dichiarazione si riferisce, è sotto l'esclusiva responsabilità di Owlet Baby Care ed è in conformità con le disposizioni della:

- Direttiva del consiglio 2014/53/EU (16 aprile 2014) – apparecchi radio
- Direttiva del consiglio 2014/35/EU (26 febbraio 2014) – bassa tensione
- Direttiva del consiglio 2011/65/EU (08 giugno 2011) – Limitazioni delle sostanze pericolose
- Direttiva del consiglio 2014/30/EU (26 febbraio 2014) – compatibilità elettromagnetica
- Direttiva del consiglio 2001/95/EC (03 dicembre 2001) – Sicurezza generale del prodotto
- Direttiva del consiglio 2012/19/EU (04 luglio 2012) – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il documento tecnico richiesto dalla presente direttiva è conservato presso le sedi principali di Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Data di emissione: 8/12/2021

DocuSigned by:

D2B7B50E9D11469...
Tammy Lavery
Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs