

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 1 of 2

Part Number 5551S-600
Teilnummer / Référence / Codice Prodotto / 5551S-1000
Número de pieza / Número da peça 5551S-1500

Description Fluid Point Sampler
Bezeichnung / Description/ Descrizione /
Descripción / Descrição

Material 316L Stainless Steel
Werkstoff / Matériau / Materiale / Material / 316L Edelstahl / Acier inoxydable 316L / Acciaio inossidabile 316L / acero
Material: inoxidable 316L / Aço inoxidável 316L

Silicone Seal
Silikon / Silicone / Silicene / Silicona / Silicene

Date 18 May 2020
Datum / Date / Data / Fecha / Data:

English

- We confirm that the product contact metallic parts of this sampler are manufactured from 316L stainless steel.
- The seal is manufactured from silicone that conforms to FDA CFR 177.2600.
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

Deutsch

- *Wir bestätigen, dass die Kontaktteile aus Metall dieses Probennehmers aus 316L Edelstahl hergestellt sind*
- *Die Dichtung ist aus Silikon hergestellt, das FDA CFR 177.2600 entspricht.*
- *Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.*

Français

- *Nous certifions que les pièces métalliques de contact de cet échantillonneur sont fabriquées en Acier inoxydable 316L.*
- *La rondelle est en silicone conforme à la norme FDA CFR 177.2600.*
- *Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes.*

Italiano

- *Si dichiara che le parti metalliche del campionatore a contatto con il prodotto sono realizzate con Acciaio inossidabile 316L*
- *La guarnizione è realizzata in silicone certificato FDA CFR 177.2600*
- *Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.*

Español

- *Confirmamos que las piezas en contacto con el producto de este muestreador están fabricadas con Acero inoxidable 316L.*
- *La junta está fabricada con silicona que se ajusta a la FDA CFR 177.2600.*
- *La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.*



Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 2 of 2

Português

- Confirmamos que as partes metálicas contato com o produto deste amostrador são fabricados a partir de Aço inoxidável 316L.
- O selo é fabricado a partir de silicone que está de acordo com FDA CFR 177.2600.
- A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.

For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.
Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.
Da e per conto di Sampling Systems Ltd.
En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.
Por e em nome de Sampling Systems Ltd.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kuldeep Flora".

Kuldeep Flora
Quality Manager

This certificate is valid for 3 years from the date given above.
Diese Bescheinigung gilt für 3 Jahre ab dem obenstehenden Datum.
Ce certificat est valable 3 ans à compter de la date indiquée ci-dessus.
Questo certificato è valido per 3 anni dalla data indicata sopra.
Este certificado es válido durante 3 años a partir de la fecha especificada más arriba.
Este certificado é válido por 3 anos a partir da data indicada acima.

