



170011263663



170011260226



(2017)国认监认字(090)号

# 检验报告



CTTT-WT20014006



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

第1页 共6页  
Page 1 of 6

客户提供信息 Information Provided by Client	委托单位/地址 Applicant	郑州万神山卫材有限公司 Zhengzhou Wanshenshan Healthcare PPE Co., Ltd. 河南省郑州市新密市曲梁镇庙朱村八组 Group8, Miaozhu Village, Quliang Town, Xinmi City, Zhengzhou, Henan Province, China 452370			送样人: Contact	郭林娜 Linna Guo
	生产单位/地址 Manufacturer	郑州万神山卫材有限公司 Zhengzhou Wanshenshan Healthcare PPE Co., Ltd.			电话: Tel. ---	
	样品信息 Information of Submitted Sample	样品名称: Sample Name	自吸过滤式防护口罩 Particulate respirator	商标: Trademark	---	
		样品总数: Sample Count	65只 65Piece(s)	颜色: Colour	-----	
	号型规格: Size	-----	安全类别: Safety Category	---		
	质量等级: Quality Grade	-----	产品款号或货号: Style No. or Order No.	-----		
样品描述 Test Part Description	1# 白色口罩 White Mask					
检验性质 Test Type	委托检验 Commission Test	样品受理日期 Date of Submission	2020-06-01	报告签发日期 Date of Checking	2020-06-12	
执行标准 Test Standards	GB 2626-2019 GB 2890-2009 GB/T 23465-2009					
检验结论 Conclusion	检验结果及符合性见附页。 Test results and compliance refer to next page(s).  检验单位盖章Stamp of Inspection Unit					
非标准检验方法说明 Non-standard Check Methods	-----					
检验结果的不确定度 Uncertainty of Result	-----					
备注 Remarks	企业要求过滤效率测试初始过滤效率, 所检项目按GB 2626-2019标准判定。 As per client's request that Filtration Efficiency is required to test only initial filtration efficiency and the tested items are judged according to the standard GB 2626-2019.					

批准:  
Approver


方倩

审核:  
Checker

张涛

编制:  
Editor

岳玉婷





170011263663



170011260226



(2017)国认监认字(090)号

# 检验报告



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

第2页 共6页

Page 2 of 6

CTTT-WT20014006

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclu sions	方法标准/备注 Test Method/ Remarks
1#						
呼吸阻力 Respiratory Resistance	呼气阻力 Expiratory Resistance	Pa	≤210	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 196 2: 184 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 163 2: 170	符合 Pass	GB 2626-2019
	吸气阻力 Inspiratory Resistance	Pa	≤210	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 207 2: 202 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 201 2: 194		
可燃性 Flammability	续燃时间 Afterflame Time	s	≤5	0	符合 Pass	GB 2626-2019
外观检查 Appearance Inspection	样品表面 Surface of The Sample	---	按标准要求 As per standard requirement	+	符合 Pass	GB 2626-2019
	部件材料和结构 Component Material and Construction	---	按标准要求 As per standard requirement	+		
	部件经过温度湿度 预处理后 The components after the temperature and humidity pretreatment	---	按标准要求 As per standard requirement	+		
	标识和制造商所提 供的各种信息 Label and various information provided by manufacturer	---	按标准要求 As per standard requirement	+		
死腔 Dead Space	---	%	≤1	0.9	符合 Pass	GB 2626-2019





170011263663



170011260226



(2017)国认监认字(090)号

# 检验报告



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

第3页 共6页  
Page 3 of 6

CTTT-WT20014006

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusions	方法标准/备注 Test Method/ Remarks
实用性能 Practical Performance	与安全性直接相关的类别 (A) Categories Directly Related to Security (A)	---	---	3分 (适中的感受) 3 Rete (Moderate feeling)	-	GB/T 23465-2009 GB 2626-2019
	与安全性非直接相关的类别 (B) Categories not Directly Related to Security (B)	---	---	3分 (适中的感受) 3 Rete (Moderate feeling)		
	动作与顺序 Action and Sequence	---		E2-E3-E9-E12		
过滤效率 Filtration Efficiency (KN95)	氯化钠颗粒物 NaCl Particle	%	≥95.0	初始过滤效率 Initial Filtration Efficiency: 未处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 99.00 2: 98.67 3: 98.95 4: 98.99 5: 99.61 6: 99.21 7: 99.30 8: 99.11 9: 99.14 10: 99.06 11: 99.71 12: 99.33 13: 99.14 14: 99.31 15: 99.18 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 98.80 2: 98.77 3: 98.77 4: 99.04 5: 98.74	符合 Pass	GB 2626-2019
视野 View	下方视野 View Blow	°	≥35	61	符合 Pass	GB 2890-2009
	双目视野 Binocular View	%	≥65	≥65		



170011263663



170011260226



(2017)国认监认字(090)号

# 检验报告



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

第4页 共6页

Page 4 of 6

CTTT-WT20014006

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclu sions	方法标准/备注 Test Method/ Remarks
头带 Head Harness	---	---	不应出现滑脱、断裂。 Should not have slippage or breaking.	10N负荷持续10秒, 头带未出现滑脱、断裂 The head harness have no slippage or breaking for 10s under 10N loading	符合 Pass	GB 2626-2019

表中“+”表示符合标准要求, “X”表示不符合标准要求。

+ Meet the standard requirements, X Not Meet the standard requirements.

Zhengzhou Wanshenshan Healthcare PPE Co., Ltd.  
郑州万神山卫材有限公司



170011263663



170011260226



(2017)国认监认字(090)号

# 检验报告



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

CTTT-WT20014006

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results							评价 Conclusions	方法标准/备注 Test Method/Remarks	
1#				受试者 Tester	D1 (%)	D2 (%)	D3 (%)	D4 (%)	D5 (%)	TIL (%)			
泄漏性 Leakage (KN95)	---	---	以每个动作的TIL为评价基础时, 50个动作中至少有46个动作的TIL <11% 以人的总体TIL为评价基础时, 10个受试者中至少有8个人的总体TIL <8% Based on the evaluation of TIL for each action, at least 46 of the 50 actions, the TIL is less than 11%. Based on the evaluation of the TIL for total person, at least 8 of the 10 person being tested, the total TIL is less than 8%.	未经处理 Without Pretreatment	1	1.2	1.1	0.9	0.9	2.2	1.2	符合 Pass	GB 2626-2019
				2	2.1	2.2	2.4	2.1	2.8	2.3			
				3	3.7	4.9	5.4	5.9	5.9	5.2			
				4	6.1	6.7	6.9	6.8	6.5	6.6			
				5	6.5	7.0	7.7	7.8	7.5	7.3			
				6	4.6	5.3	5.7	5.7	5.7	5.4			
				7	6.9	7.8	7.9	8.2	7.2	7.6			
				8	3.9	5.8	6.6	6.4	6.0	5.7			
				9	4.7	5.1	5.7	5.9	5.8	5.4			
				10	4.9	6.0	6.5	6.9	7.2	6.3			

以下空白  
Blank Part Below





170011263663



170011260226



(2017)国认监认字(090)号

# 检验报告



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

CTTT-WT20014006

第6页 共6页  
Page 6 of 6

样 品 Sample



Zhengzhou Wanshenshan Healthcare PPE Co., Ltd.  
郑州万神山卫材有限公司





170011263663



170011260226



(2017)国认监认字(090)号

# 检验报告



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608



CTTT-WT20015907



第1页 共3页  
Page 1 of 3

客户提供信息 Information Provided by Client	委托单位/地址 Applicant	郑州万神山卫材有限公司 Zhengzhou Wanshenshan Healthcare PPE Co., Ltd. 河南省郑州市新密市曲梁镇庙朱村八组 Group 8, Miao Zhu Village, Quliang Town, Xinmi City, Zhengzhou, Henan Province, China 452370			送样人: Contact	郭林娜 Linna Guo	
	生产单位/地址 Manufacturer	郑州万神山卫材有限公司 Zhengzhou Wanshenshan Healthcare PPE Co., Ltd.			电话: Tel.	---	
	样品信息 Information of Submitted Sample	样品名称: Sample Name	自吸过滤式防护口罩 Particulate respirator	商标: Trademark	---		
		样品总数: Sample Count	10只 10 Piece(s)	颜色: Colour	---		
	号型规格: Size	---	安全类别: Safety Category	---			
	质量等级: Quality Grade	---	产品款号或货号: Style No. or Order No.	---			
样品描述 Test Part Description	1# 白色口罩 White Mask						
检验性质 Test Type	委托检验 Commission Test	样品受理日期 Date of Submission	2020-06-12	报告签发日期 Date of Checking	2020-06-13		
执行标准 Test Standards	GB 2626-2019						
检验结论 Conclusion	检验结果及符合性见附页。 Test results and compliance refer to next page(s).  检验单位盖章 Stamp of Inspection Unit						
非标准检验方法说明 Non-standard Check Methods	-----						
检验结果的不确定度 Uncertainty of Result	-----						
备注 Remarks	企业要求所检项目按GB 2626-2019标准判定。 As per client's request, performing the test items according to the standard GB 2626-2019.					样 贴 (3) Sample Attached	

批准:  
Approver


方倩

审核:  
Checker

张涛

编制:  
Editor

岳玉婷





170011263663



170011260226



(2017)国认监认字(090)号

# 检验报告



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

第2页 共3页

Page 2 of 3

CTTT-WT20015907

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusions	方法标准/备注 Test Method/ Remarks
1#						
基本要求 Basic Requirements	材料 Material	---	按标准要求 As per standard requirement	+	符合 Pass	GB 2626-2019
	结构设计 Structural Design	---	按标准要求 As per standard requirement	+		

以下空白  
Blank Part Below

Zhengzhou Wanshenshan Healthcare PPE Co., Ltd.  
郑州万神山卫材有限公司





170011263663



170011260226



(2017)国认监认字(090)号

# 检验报告



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

CTTT-WT20015907

第3页 共3页  
Page 3 of 3

样 品 Sample



Zhengzhou Wanshenshan Healthcare PPE Co., Ltd.  
郑州万神山卫材有限公司