



# THERMA-HYGROMÈTRE

## Mode d'emploi

Code produit:

**810-130**

**FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT** - Ouvrez le compartiment des piles et insérez les piles fournies. Pour l'enregistrement le plus précis des températures ambiantes, l'unité Thermo-Hygrometer doit être placée à l'abri de la lumière directe du soleil et des courants d'air. Les indicateurs colorés au-dessus de l'affichage de la température et de l'humidité sont un guide de référence rapide pour les niveaux d'humidité uniquement.

**MAX/MIN** - Appuyez sur le bouton MAX/MIN pour afficher la lecture maximale (symbole 'MAX' affiché). Appuyez à nouveau sur le bouton MAX/MIN pour afficher la lecture minimale (symbole « MIN » affiché). Appuyez à nouveau sur le bouton MAX/MIN pour revenir aux lectures normales. Pour effacer la lecture MAX ou MIN, appuyez sur le bouton d'effacement lorsque vous visualisez les lectures MAX ou MIN, '- -' s'affichera et la lecture sera effacée.

Veillez noter : les lectures Max/Min ne sont pas enregistrées, donc si la batterie est retirée ou déchargée, les lectures Max/Min seront effacées.

**°C/°F** - Appuyez sur le bouton °C/°F à l'avant de l'instrument pour basculer entre Celsius et Fahrenheit.

**REPLACEMENT DE LA BATTERIE** - Remplacez la batterie lorsque l'affichage s'assombrit, en utilisant un équivalent 2 x AAA ou 1,5 volt. La batterie est située sous le couvercle de la batterie à l'arrière de l'instrument.

**GARANTIE** - Cet instrument est couvert par une garantie d'un an contre les défauts de composants ou de fabrication. Pendant cette période, les produits qui s'avèrent défectueux seront, à la discrétion d'ETI, soit réparés, soit remplacés sans frais. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une usure normale, des conditions de stockage anormales, une utilisation incorrecte, une mauvaise utilisation accidentelle, un abus, une négligence, une mauvaise application ou une modification. Tous les détails de la responsabilité sont disponibles dans les conditions générales de vente d'ETI sur [etiltd.com/terms](http://etiltd.com/terms).

Conformément à notre politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications de produits sans préavis.



## spécification

Gamme - température	0 à 50 °C
Gamme - humidité	10 à 99 %HR
Résolution - température	0,1 °C/°F
Résolution - humidité	1 %HR
Précision - température	±1 °C
Précision - humidité	±5 %HR (30 %HR - 70 %HR à 25°C)
Batterie	2 piles AAA de 1,5 V
Vie de la batterie	10000 heures
Afficher	Double écran LCD personnalisé
Dimensions	20 x 100 x 110 mm
Poids	142 grammes



Fourni par  
Electronic Temperature Instruments Ltd  
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ  
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com



810-130/17.05.21

