

Adaptateur Luer Lock Femelle (20G* 19mm) et corps prémonté pour prélèvements multiples

Usage : Adaptateur Luer femelle et corps pré-assemblé à usage unique, stérile conçu pour fournir un moyen de transfert sûr et facile d'un échantillon de sang vers un tube de prélèvement sous vide ou flacon de sang pour hémoculture. Produits destinés à usage par des professionnels de santé



LAB-PREL-1389

Caractéristique générales

Fabricant	ZKMD. Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056
Pays d'origine	Chine
Représentant Europeen	Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation: stérilisation par E.O
Conformité	Dispositif Médical – Classe I sterile Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° G2S 036336 0057 REV. 01 délivré par le TUV SÜD, n° d'organisme 0123. Certificat disponible sur demande



Caractéristiques Spécifiques

Reference Metze	LAB-PREL-1389
Conditionnement	Emballage individuel dans un sachet Blister. 200 sachets par boites. 4 boites par cartons. 800 pcs / carton 47*40*46cm / carton ,
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Embase Luer ABS • Canule perce-bouchon Acier inoxydable (20G * 19mm) • Corps de prelevement Polypropylène • Manchon Elastomère de synthèse
Presence Latex	Non



Importé & Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Emballage individuel:

Blood collection assembly

Corps de prélèvement prémonté avec adaptateur Luer lock

- Stérile, apyrogène.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.
- A usage unique, jeter après usage.
- Utiliser immédiatement après l'ouverture de l'emballage pour éviter toute contamination.



Avertissement :

- La réutilisation de dispositifs à usage unique crée un risque potentiel pour le patient ou l'utilisateur. Elle peut entraîner une contamination et/ou une altération de la capacité fonctionnelle.
- La contamination et/ou la fonctionnalité limitée du dispositif peut entraîner une blessure, une maladie ou le décès du patient.

Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.
No. 758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park,
Longwan District, 325025 Wenzhou, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 0086-577-86372777 Fax: 0086-577-86374972

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY
Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726

Metze SAS
10 rue de Penthièvre 75008 Paris, France
contact: commandes@metzecure.com



(01)06923033417260
(17)270600
(10)220729

Made in China

20G×19mm

LAB-PREL-1387

220729

2022 07

2027 06

↓ OPEN HERE

Blood collection assembly

Corps de prélèvement prémonté avec adaptateur Luer femelle

- Stérile, apyrogène.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.
- A usage unique, jeter après usage.
- Utiliser immédiatement après l'ouverture de l'emballage pour éviter toute contamination.



Avertissement :

- La réutilisation de dispositifs à usage unique crée un risque potentiel pour le patient ou l'utilisateur. Elle peut entraîner une contamination et/ou une altération de la capacité fonctionnelle.
- La contamination et/ou la fonctionnalité limitée du dispositif peut entraîner une blessure, une maladie ou le décès du patient.

Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.
No. 758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park,
Longwan District, 325025 Wenzhou, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 0086-577-86372777 Fax: 0086-577-86374972

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY
Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726

Metze SAS
10 rue de Penthièvre 75008 Paris, France
contact: commandes@metzecure.com



(01)06923033417291
(17)270600
(10)220729

Made in China

20G×19mm

LAB-PREL-1389

220729

2022 07

2027 06

↓ OPEN HERE

Boîtes de 200 pcs

<h3>Blood collection assembly</h3> <p>Corps de prélèvement prémonté avec adaptateur Luer lock</p> <p>Warning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Re-use of single-use devices creates a potential risk of patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability. • Contamination and/or limited functionality of the device may lead to injury, illness or death of the patient. <p>Avertissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La réutilisation de dispositifs à usage unique crée un risque potentiel pour le patient ou l'utilisateur. Elle peut entraîner une contamination et/ou une altération de la capacité fonctionnelle. • La contamination et/ou la fonctionnalité limitée du dispositif peut entraîner une blessure, une maladie ou le décès du patient. <p>Made in China</p>	<h3>Blood collection assembly</h3> <p> Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd. No. 758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park, Longwan District, 325025 Wenzhou, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Tel: 0086-577-86372777 Fax: 0086-577-86374972</p> <p> Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726</p> <p> Metze SAS 10 rue de Penthièvre 75008 Paris, France contact: commandes@metzecure.com</p>
---	--

<h3>Blood collection assembly</h3> <p>Corps de prélèvement prémonté avec adaptateur Luer lock</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stérile, apyrogène. • Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert. • A usage unique, jeter après usage. • Utiliser immédiatement après l'ouverture de l'emballage pour éviter toute contamination. <p>Store under normal conditions in a well-ventilated place, and avoid direct sunlight, moist and corrosive environment.</p> <p>Stocker dans des conditions normales dans un endroit bien ventilé, tenir à l'abri des rayons solaires de l'humidité et des environnements corrosifs.</p> <p>200pcs</p>	<h3>Blood collection assembly</h3> <p>20G×19mm</p> <p> LAB-PREL-1387</p> <p> 220729</p> <p> 2022 07</p> <p> 2027 06</p> <p>(01)06923033417267 (17)270600 (10)220729</p>
---	---