



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 13886-3/2021/LAB

Tárgy: Szakvélemény légtisztító
berendezés hatékonyságáról

Orbán Tibor
részére

Tisztelt Orbán Tibor Úr!

Az Ön által megküldött, az MRIGlobal által végzett, légtisztító berendezésre vonatkozó, 311717.01.001. számú teszt jegyzőkönyve alapján az alábbi megállapításokat tesszük:

A tesztlaboratórium SARS-CoV-2 vírus USA-WA1/2020 számú törzsével végzett vizsgálatokat légtisztító készülék hatékonyságára vonatkozóan. A vizsgálat az alábbi márkaneveken forgalmazott légtisztító készülékre érvényes:


Aurabeat AG+ Sanitizing Air Purifier (Model NSP-X1), Brondell Pro Sanitizing Air Purifier with AG+ Technology by Aurabeat (Models P700BB-W & P7004C-W), AG+ Pro Air Purifier (Model NSP-X2).

Megállapítható, hogy a tesztek megfelelő körülmények között, megfelelő vizsgálati terv szerint, kellő ismétlésszámban végezték egy tesztkamrában. A vizsgálat részletes leírását az MRIGlobal 311717.01.001. számú jegyzőkönyve tartalmazza.

A vizsgálatok alapján a készülék a kamrában lévő aeroszol részecskék teljes mennyiségét eltávolította a teszt első 15 percében, a későbbi vizsgálati mintákban nem volt kimutatható aeroszol részecske. A fertőzőképes vírusok koncentrációja szintén nagymértékben csökkent a vizsgálati eszköz működésének első 15 percében, összehasonlítva a kontroll vizsgálati adatokkal.

Budapest, 2021. február 25.

Tisztelettel:


Dr. Pándics Tamás
főosztályvezető



Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100,
e-mail: kozeglab@nnk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977