

パルスオキシメータ YX102

管理医療機器／特定管理医療機器 認証番号 304AGBZI00006000

基本仕様

※ 指を入れると自動電源オン／測定開始、指を外すと自動電源オフ

- 酸素飽和度 (SpO₂) 測定範囲：70%～100%
- 脈拍数 (PR) 測定範囲：25～250BPM
- 酸素飽和度 (SpO₂) 測定精度：±2%
- 脈拍数 (PR) 測定精度：±1%/±1BPM
- 消費電力：≤40mA
- 使用環境：温度：5～40℃／湿度：≤80%
- 電池：単4アルカリ乾電池1.5V×2本 (DC3V)
- ディスプレイ：LED
- 寸法 (LWH)：約60mm x 36mm x 35mm
- 質量：約59g (電池を含む)
- クイック測定：8s
- 付属品：
単4アルカリ乾電池2本
ストラップ
取扱説明書 (保証書付き)

