

**MICROPIPETA TRADICIONAL
VOLUMEN VARIABLE**



DESCRIPCIÓN

Instrumento de laboratorio utilizado para cuantificar diferentes volúmenes. Ideal para manipulación y transferencia de muestras líquidas pequeñas en laboratorios de biología molecular, biotecnología, control de calidad, biología, clínicas, universidades, etc.

DATOS TÉCNICOS

| CATÁLOGO | INTERVALO DE VOLUMEN | INCREMENTO | VOLUMEN DE PRUEBA | ERRORES DE MEDICIÓN MÁXIMOS PERMITIDOS SEGÚN EL ISO 8655-2 | | | |
|-----------|----------------------|------------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | SISTEMÁTICOS | | ALEATORIOS | |
| 711111010 | 0.1 - 2.5 µL | 0.05 µL | 2.5 µL | ±2.50% | ±0.0625 µL | ±2.00% | ±0.05 µL |
| | | | 1.25 µL | ±3.00% | ±0.0375 µL | ±3.00% | ±0.0375 µL |
| | | | 0.25 µL | ±12.00% | ±0.03 µL | ±6.00% | ±0.015 µL |
| 711111040 | 0.5 - 10 µL | 0.1 µL | 10 µL | ±1.00% | ±0.1 µL | ±0.80% | ±0.08 µL |
| | | | 5 µL | ±1.50% | ±0.075 µL | ±1.50% | ±0.075 µL |
| | | | 1 µL | ±2.50% | ±0.025 µL | ±1.50% | ±0.015 µL |
| 711111050 | 2 - 20 µL | 0.5 µL | 20 µL | ±0.90% | ±0.18 µL | ±0.40% | ±0.08 µL |
| | | | 10 µL | ±1.20% | ±0.12 µL | ±1.00% | ±0.1 µL |
| | | | 2 µL | ±3.00% | ±0.06 µL | ±2.00% | ±0.04 µL |
| 711111060 | 5 - 50 µL | 0.5 µL | 50 µL | ±0.60% | ±0.3 µL | ±0.30% | ±0.15 µL |
| | | | 25 µL | ±0.90% | ±0.225 µL | ±0.60% | ±0.15 µL |
| | | | 5 µL | ±2.00% | ±0.1 µL | ±2.00% | ±0.1 µL |
| 711111080 | 10 - 100 µL | 1 µL | 100 µL | ±0.80% | ±0.8 µL | ±0.15% | ±0.15 µL |
| | | | 50 µL | ±1.00% | ±0.5 µL | ±0.40% | ±0.2 µL |
| | | | 10 µL | ±3.00% | ±0.3 µL | ±1.50% | ±0.15 µL |
| 711111090 | 20 - 200 µL | 1 µL | 200 µL | ±0.60% | ±1.2 µL | ±0.15% | ±0.3 µL |
| | | | 100 µL | ±0.80% | ±0.8 µL | ±0.30% | ±0.3 µL |
| | | | 20 µL | ±3.00% | ±0.6 µL | ±1.00% | ±0.2 µL |



DATOS TÉCNICOS

| CATÁLOGO | INTERVALO DE VOLUMEN | INCREMENTO | VOLUMEN DE PRUEBA | ERRORES DE MEDICIÓN MÁXIMOS PERMITIDOS SEGÚN EL ISO 8655-2 | | | |
|----------|----------------------|------------|-------------------|--|---------|------------|----------|
| | | | | SISTEMÁTICOS | | ALEATORIOS | |
| 71111110 | 50 - 200 µL | 1 µL | 200 µL | ±0.60% | ±1.2 µL | ±0.15% | ±0.3 µL |
| | | | 100 µL | ±0.80% | ±0.8 µL | ±0.30% | ±0.3 µL |
| | | | 50 µL | ±1.00% | ±0.5 µL | ±0.40% | ±0.2 µL |
| 71111140 | 100 - 1000 µL | 5 µL | 1000 µL | ±0.60% | ±6 µL | ±0.20% | ±2 µL |
| | | | 500 µL | ±0.70% | ±3.5 µL | ±0.25% | ±1.25 µL |
| | | | 100 µL | ±2.00% | ±2 µL | ±0.70% | ±0.7 µL |
| 71111160 | 200 - 1000 µL | 5 µL | 1000 µL | ±0.60% | ±6 µL | ±0.20% | ±2 µL |
| | | | 500 µL | ±0.70% | ±3.5 µL | ±0.25% | ±1.25 µL |
| | | | 200 µL | ±0.90% | ±1.8 µL | ±0.30% | ±0.6 µL |
| 71111170 | 1000 - 5000 µL | 50 µL | 5000 µL | ±0.50% | ±25 µL | ±0.15% | ±7.5 µL |
| | | | 2500 µL | ±0.60% | ±15 µL | ±0.30% | ±7.5 µL |
| | | | 1000 µL | ±0.70% | ±7 µL | ±0.30% | ±3 µL |

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Fácil calibración, mantenimiento y limpieza.
- Versátil, volumen ajustable.
- Diseño ergonómico y ligero que ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo.
- Ajuste rápido del volumen gracias a su amplia ventana de visualización.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Manual de operación

